

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	4	2,81 - 11 mmol/L	17 %
		>>>	10	11,1 - 28 mmol/L	42 %
		>>>	10	> 28 mmol/L	42 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(263) Ketony</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>	4	1+, 2+	17 %
		>>>	20	3+, 4+	83 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(264) Celková bílkovina</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>	6	0,51 - 2,5 g/L	25 %
		>>>	18	> 2,5 g/L	75 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(266) Urobilinogen</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>	11	1+, 2+	46 %
		>>>	13	3+, 4+	54 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(268) Bilirubin</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	>>>	19	3+, 4+	79 %
	(223) Iris iChem Velocity	±	2	Negativní	8,3 %
		±	2	1+, 2+	8,3 %
		±	1	3+, 4+	4,2 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky):	100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %					
<b>(270) Leukocyty</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>	2	10 - 50 leu/μL	9,1 %
		>>>	6	51 - 250 leu/μL	27 %
		>>>	14	> 250 leu/μL	64 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(272) Krev</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	24	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	24	> 50 ery/μL	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(273) pH</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	18	5,0	75 %
		>	3	5,5	13 %
		>	3	6,0	13 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>	2	6,0	8,3 %
		>	8	6,5	33 %
		>>>	12	7,0	50 %
		>	2	7,5	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost:	100 %		

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 100 %

**(274) Nitrity**

A	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

**(275) hCG**

A	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 10.12.2021