

Cyklus EHK: FC2/21 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 24.09.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(223) Kalprotektin				
A	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Negativní	10 %
	(164) DiaSorin	>>> 6	Negativní	8,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	7,4 %
			1 Pozitivní	1,5 %
	(199) Eurolab Lambda		1 Pozitivní	1,5 %
	(200) BodiTech	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 5	Negativní	7,4 %
	(219) Bühlmann	>>> 29	Negativní	43 %
	(999) jiný výrobce	>>> 11	Negativní	16 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 97 %		
B	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 4	Negativní	5,9 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		2	Pozitivní	2,9 %
	(164) DiaSorin	>>> 4	Negativní	5,9 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		1	Pozitivní	1,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Negativní	4,4 %
		3	Pozitivní	4,4 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(200) BodiTech	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	5,9 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
	(219) Bühlmann	>>> 23	Negativní	34 %
		> 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,4 %
		3	Pozitivní	4,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 11	Negativní	16 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 87 %		
Celková úspěšnost: 85 %				