

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 3**(488) APC - rezistence**

A3	(1) Koagulační stanovení	>>> 54	Negativní	89 %
		5	Pozitivní	8,2 %
	(2) Chromogenní substráty	>>> 2	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61 Úspěšnost: 92 %				
Celková úspěšnost: 92 %				