

Filtr: Slovensko

## Cyklus EHK: HS2/21 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 19.11.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada 3

## (488) APC - rezistence

A3	(1) Koagulační stanovení	>>>	5 Negativní	56 %
			4 Pozitivní	44 %

———— Celkem za vzorek: n = 9    ———— Úspěšnost: 56 %    ————  
 Celková úspěšnost: 56 %

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 01.12.2021