

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: HS2/21 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 19.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>Sada 1</b>															
<b>(479) Faktor VIII</b>													30	28	93%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A1</b>		71,0	7,3	10	30	CVP	70,1	1,5	25%	52,5	87,7		30	28	93%
(1) Koagulační stanovení		71,1	6,4	9,0	26	0							26		
Ostatní					4	0							4		
						4x4									
<b>(480) von Willebrandův f. (aktivita)</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				4								4	4	100%
<b>Vzorek A1</b>		29,0	7,4	26	4	CVP	30,7	1,5	30%	21,4	40		4	4	100%
Ostatní					4	0							4		
						4x0									
<b>(481) von Willebrandův f. (antigen)</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				7								7	7	100%
<b>Vzorek A1</b>		46,2	5,5	12	7	CVP	47,1	1,7	20%	37,6	56,6		7	7	100%
(0) Neuvedeno		46,2	5,5	12	7	0							7		
<b>Sada 2</b>															
<b>(482) Faktor IX</b>					11								11	11	100%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A2</b>		116	8,7	7,5	11	CVP	120	3,6	25%	90	150		11	11	100%
(1) Koagulační stanovení		116	8,7	7,5	11	0							11		
<b>(483) Faktor XI</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				8								8	8	100%
<b>Vzorek A2</b>		108	5,9	5,5	8	CVP	109	3,3	25%	81,7	137		8	8	100%
(1) Koagulační stanovení		108	5,9	5,5	8	0							8		
<b>(484) Faktor XII</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				8								8	7	88%
<b>Vzorek A2</b>		48,2	7,8	16	8	CVP	50,8	3,1	25%	38,1	63,5		8	7	88%
(1) Koagulační stanovení		48,2	7,8	16	8	0							8		
<b>Sada 3</b>															
<b>(485) Protein C</b>					16								16	15	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A3</b>		46,6	1,9	4,0	16	CVP	46,9	0,64	20%	37,5	56,3		16	15	94%
(2) Chromogenní substráty		46,7	1,9	4,0	15	0							15		
Ostatní					1	0							1		
						1x1									
<b>(486) Protein S</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				15								15	15	100%
<b>Vzorek A3</b>		106	10	9,7	15	CVP	104	2,7	30%	72,8	136		15	15	100%
(1) Koagulační stanovení		112	7,4	6,6	9	0							9		
(3) ELISA, LIA, EID		102	3,7	3,6	6	0							6		
<b>(487) ProC Global (norm. poměr)</b>															
Vzorky a skupiny	[-]				10								10	10	100%
<b>Vzorek A3</b>		0,551	0,064	12	10	CVP	0,548	0,028	25%	0,411	0,685		10	10	100%
(1) Koagulační stanovení		0,551	0,064	12	10	0							10		
<b>Sada 4</b>															
<b>(491) Faktor II</b>					11								11	11	100%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A4</b>		58,6	4,2	7,1	11	CVP	58,9	1,8	25%	44,1	73,7		11	11	100%
(1) Koagulační stanovení		58,6	4,2	7,1	11	0							11		
<b>(492) Faktor V</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				12								12	11	92%
<b>Vzorek A4</b>		68,9	5,8	8,4	12	CVP	69,9	2,1	25%	52,4	87,4		12	11	92%
(1) Koagulační stanovení		68,9	5,8	8,4	12	0							12		
<b>(493) Faktor VII</b>															
Vzorky a skupiny	[%]				13								13	12	92%
<b>Vzorek A4</b>		58,8	6,5	11	13	CVP	58,5	2,3	25%	43,8	73,2		13	12	92%
(1) Koagulační stanovení		58,8	6,5	11	13	0							13		

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: HS2/21 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 19.11.2021

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(494) Faktor X</b>					10							10	10	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A4</b>		56,6	7,8	14	10	CVP	54,5	2,3	25%	40,8	68,2	10	10	100%
(1) Koagulační stanovení		56,6	7,8	14	10	0						10		
st_kn_p						Konec sestavy								Vytisknuto: 01.12.2021