

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: HS2/21 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 19.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost									
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>		
<b>Sada 1</b>																
<b>(479) Faktor VIII</b>							100							100	98	98%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A1</b>		70,1	6,3	9,0	100	CVP	70,1	1,5	25%	52,5	87,7	100	98	98%		
(38) IL		68,3	8,5	13	15	0						15				
(94) Stago		74,6	6,9	9,2	10	0						10				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		70,8	5,3	7,4	47	0						47				
(179) Siemens		69,3	5,8	8,4	12	0						12				
(193) HYPHEN BioMed		66,3	11	16	11	0						11				
Ostatní					5	0						5				
1x 63, 1x 100, 3x 175																
<b>(480) von Willebrandův f. (aktivita)</b>							27							27	27	100%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A1</b>		30,7	3,2	10	27	CVP	30,7	1,5	30%	21,4	40	27	27	100%		
(38) IL		29,5	3,7	13	6	0						6				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		31,2	2,5	8,0	14	0						14				
(179) Siemens		31,8	2,5	7,9	6	0						6				
Ostatní					1	0						1				
1x 0																
<b>(481) von Willebrandův f. (antigen)</b>							28							28	27	96%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A1</b>		47,1	3,7	7,8	28	CVP	47,1	1,7	20%	37,6	56,6	28	27	96%		
(38) IL		49,0	1,6	3,2	7	0						7				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		45,4	3,7	8,1	10	0						10				
(179) Siemens		45,6	1,4	3,1	6	0						6				
Ostatní					5	0						5				
1x 0, 1x 15, 3x 94																
<b>Sada 2</b>																
<b>(482) Faktor IX</b>							41							41	40	98%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A2</b>		120	9,3	7,7	41	CVP	120	3,6	25%	90	150	41	40	98%		
(38) IL		112	11	9,4	8	0						8				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		122	5,6	4,6	16	0						16				
(179) Siemens		119	9,9	8,3	8	0						8				
(193) HYPHEN BioMed		127	7,6	5,9	5	0						5				
Ostatní					4	0						4				
4x 94																
<b>(483) Faktor XI</b>							28							28	28	100%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A2</b>		109	7,2	6,7	28	CVP	109	3,3	25%	81,7	137	28	28	100%		
(38) IL		103	7,9	7,6	6	0						6				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		108	6,7	6,2	12	0						12				
Ostatní					10	0						10				
2x 94, 4x 179, 4x 193																
<b>(484) Faktor XII</b>							36							36	33	92%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A2</b>		50,8	7,5	15	36	CVP	50,8	3,1	25%	38,1	63,5	36	33	92%		
(38) IL		55,9	8,4	15	6	0						6				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		49,1	7,7	16	15	0						15				
(179) Siemens		48,3	7,6	16	8	0						8				
Ostatní					7	0						7				
3x 94, 4x 193																
<b>Sada 3</b>																
<b>(485) Protein C</b>							85							85	82	96%
Vzorky a skupiny		[%]														
<b>Vzorek A3</b>		46,9	2,4	5,1	85	CVP	46,9	0,64	20%	37,5	56,3	85	82	96%		
(38) IL		45,7	2,6	5,6	15	0						15				
(94) Stago		52,5	8,2	16	6	0						6				
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		46,8	2,3	4,9	37	0						37				
(179) Siemens		48,7	2,0	4,2	12	0						12				
(193) HYPHEN BioMed		46,3	2,5	5,4	13	0						13				
Ostatní					2	0						2				
1x 63, 1x 102																

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: HS2/21 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 19.11.2021

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost						N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
<b>(486) Protein S</b>					79								79	79	100%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A3</b>		104	9,6	9,2	79	CVP	104	2,7	30%	72,8	136		79	79	100%
(38) IL		105	11	11	12	0							12		
(94) Stago		106	4,3	4,1	10	0							10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		103	8,9	8,6	33	0							33		
(179) Siemens		104	4,9	4,7	10	0							10		
(193) HYPHEN BioMed		108	15	14	12	0							12		
Ostatní					2	0							2		
							1x 63, 1x 184								
<b>(487) ProC Global (norm. poměr)</b>					29								29	28	97%
Vzorky a skupiny	[-]														
<b>Vzorek A3</b>		0,548	0,062	11	29	CVP	0,548	0,028	25%	0,411	0,685		29	28	97%
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,547	0,066	12	27	0							27		
Ostatní					2	0							2		
							1x 63, 1x 179								
<b>Sada 4</b>															
<b>(491) Faktor II</b>					32								32	32	100%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A4</b>		58,9	4,2	7,1	32	CVP	58,9	1,8	25%	44,1	73,7		32	32	100%
(38) IL		55,6	0,67	1,2	5	0							5		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		58,6	4,2	7,2	14	0							14		
(179) Siemens		59,1	2,4	4,0	6	0							6		
Ostatní					7	0							7		
							1x 63, 3x 94, 1x 100, 2x 193								
<b>(492) Faktor V</b>					34								34	33	97%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A4</b>		69,9	4,9	7,0	34	CVP	69,9	2,1	25%	52,4	87,4		34	33	97%
(38) IL		66,1	2,9	4,4	5	0							5		
(94) Stago		69,0	4,4	6,4	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		72,2	3,3	4,6	14	0							14		
(179) Siemens		70,7	7,9	11	7	0							7		
Ostatní					2	0							2		
							1x 63, 1x 100								
<b>(493) Faktor VII</b>					37								37	36	97%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A4</b>		58,5	5,6	9,6	37	CVP	58,5	2,3	25%	43,8	73,2		37	36	97%
(38) IL		50,7	1,6	3,2	5	0							5		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		59,7	5,4	9,0	16	0							16		
(179) Siemens		57,8	5,9	10	8	0							8		
Ostatní					8	0							8		
							1x 63, 3x 94, 1x 100, 1x 159, 2x 193								
<b>(494) Faktor X</b>					30								30	30	100%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A4</b>		54,5	5,2	9,5	30	CVP	54,5	2,3	25%	40,8	68,2		30	30	100%
(38) IL		47,3	3,6	7,5	5	0							5		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		56,3	4,1	7,3	14	0							14		
(179) Siemens		52,5	4,8	9,2	5	0							5		
Ostatní					6	0							6		
							1x 63, 3x 94, 2x 193								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.12.2021