

Cyklus EHK: IDDM2/21 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 22.10.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	(2) EIA metody	>>> 27	Negativní	77 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 5	Negativní	14 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
B	(2) EIA metody	>>> 27	Pozitivní	77 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 5	Pozitivní	14 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(474) anti-IA-2

A	(2) EIA metody	>>> 24	Negativní	77 %
		1	Pozitivní	3,2 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 5	Negativní	16 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
B	(2) EIA metody	>>> 25	Pozitivní	81 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 5	Pozitivní	16 %
	Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.10.2021