

## Cyklus EHK: IDDM2/21 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 22.10.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(472) anti-GAD</b>				
A	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(66) DRG	>>> 6	Negativní	17 %
	(87) Euroimmun	>>> 14	Negativní	40 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 7	Negativní	20 %
----- Celkem za vzorek: n = 35		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(66) DRG	>>> 6	Pozitivní	17 %
	(87) Euroimmun	>>> 14	Pozitivní	40 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 7	Pozitivní	20 %
----- Celkem za vzorek: n = 35		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				

**(474) anti-IA-2**

A	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	9,7 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 4	Negativní	13 %
	(87) Euroimmun	>>> 11	Negativní	35 %
			1 Pozitivní	3,2 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 2	Negativní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 8	Negativní	26 %
----- Celkem za vzorek: n = 31		----- Úspěšnost: 97 %	-----	
B	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(87) Euroimmun	>>> 12	Pozitivní	39 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 2	Pozitivní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 8	Pozitivní	26 %
----- Celkem za vzorek: n = 31		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 97 %				