

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(420) Anti-gliadin IgG (nativní)

A1	Všechny výsledky	>>>	19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	89 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,6 %
			1	Pozitivní	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 89 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 89 %					

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	73	Negativní	97 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
			1	Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 75	Úspěšnost: 97 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	73	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 75	Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	70	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 99 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	69	Pozitivní	97 %
			1	Negativní	1,4 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

Sada 2

(424) Anti-endomyzium IgA

A2	Všechny výsledky	>>>	68	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	68	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	Všechny výsledky	>>>	81	Negativní	99 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,2 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost: 99 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	82	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

Sada 3

(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA

A3	Všechny výsledky	>>>	60	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	60	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A3	Všechny výsledky	>>>	54	Pozitivní	98 %
			1	Negativní	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 98 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	55	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 98 %					