

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

| Zkouška | Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--|--------------------------|------------------|----|--------------------------------|------------------|
| Sada 1 | | | | | |
| (420) Anti-gliadin IgG (nativní) | | | | | |
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 2 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 2 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 2 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 2 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (421) Anti-gliadin IgA (nativní) | | | | | |
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 1 | Negativní | 50 % |
| | | | 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 50 % |
| | Celkem za vzorek: n = 2 | Úspěšnost: 50 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 2 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 2 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 50 % | | | | | |
| (594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný) | | | | | |
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 16 | Negativní | 89 % |
| | | | 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 5,6 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 5,6 % |
| | Celkem za vzorek: n = 18 | Úspěšnost: 89 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 2 | Negativní | 11 % |
| | | | 16 | Pozitivní | 89 % |
| | Celkem za vzorek: n = 18 | Úspěšnost: 89 % | | | |
| Celková úspěšnost: 78 % | | | | | |
| (595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný) | | | | | |
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 16 | Negativní | 94 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 5,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 17 | Úspěšnost: 94 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 17 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 17 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 94 % | | | | | |
| Sada 2 | | | | | |
| (424) Anti-endomyzium IgA | | | | | |
| A2 | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (425) Anti-transglutamináza IgA | | | | | |
| A2 | Všechny výsledky | >>> | 16 | Negativní | 94 % |
| | | | 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 5,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 17 | Úspěšnost: 94 % | | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> | 17 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 17 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 94 % | | | | | |
| Sada 3 | | | | | |
| (592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA | | | | | |
| A3 | Všechny výsledky | >>> | 13 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 13 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> | 13 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 13 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG | | | | | |
| A3 | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |