

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	56	Krevní skupina: A	32 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	11	Krevní skupina: A	6,3 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	8	Krevní skupina: A	4,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	37	Krevní skupina: A	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	58	Krevní skupina: A	33 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
Celkem za vzorek: n = 175		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	56	Krevní skupina: AB	32 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	11	Krevní skupina: AB	6,3 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	8	Krevní skupina: AB	4,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	37	Krevní skupina: AB	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	58	Krevní skupina: AB	33 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
Celkem za vzorek: n = 175		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	49	A podskupina A1	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Neuvedeno	4,1 %
		>>>	47	A podskupina A1	96 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %	
	(1) Zkumavkový test	>>>	40	Negativní (RhD-)	38 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	11	Negativní (RhD-)	10 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,9 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	17	Negativní (RhD-)	16 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	29	Negativní (RhD-)	28 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,95 %	
	Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
(1) Zkumavkový test		>>>	40	Negativní (RhD-)	38 %	
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>>	11	Negativní (RhD-)	10 %	
(3) Mikrotit. des. - man.		>>>	3	Negativní (RhD-)	2,9 %	
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	17	Negativní (RhD-)	16 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	29	Negativní (RhD-)	28 %	
(10) Pevná fáze		>>>	1	Negativní (RhD-)	0,95 %	
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	59	Negativní (RhD-)	36 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Negativní (RhD-)	5,5 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	34	Negativní (RhD-)	21 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	56	Negativní (RhD-)	34 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %	
	Celkem za vzorek: n = 164		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	59	Negativní (RhD-)	36 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Negativní (RhD-)	5,5 %
(3) Mikrotit. des. - man.		>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %	

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 34	Negativní (RhD-)	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 56	Negativní (RhD-)	34 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,61 %
Celkem za vzorek: n = 164		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Negativní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Negativní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Negativní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Negativní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	27 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	8,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 32	Negativní	44 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	27 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	8,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 32	Negativní	44 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Negativní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Negativní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Negativní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 45	Negativní	49 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	50 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	23 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,1 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 19	Negativní	19 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 47	Negativní	48 %
		1	Pozitivní	1,0 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	23 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,1 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 19	Negativní	19 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 48	Negativní	49 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	32 %
	(10) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	32 %
	(10) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	41 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	41 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 1	Negativní	2,3 %
		>>> 19	Pozitivní	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	45 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,1 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Negativní	31 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	31 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(10) Pevná fáze	>>> 26	Pozitivní	54 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	31 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 27	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	31 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 27	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Negativní	31 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Negativní	54 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	35 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Pozitivní	53 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Negativní	35 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Negativní	53 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Negativní	51 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Pozitivní	51 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 13	Negativní	39 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	52 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 13	Negativní	39 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	52 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 14	Pozitivní	44 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	50 %
	Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 14	Pozitivní	44 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	50 %
	Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Negativní	43 %
		1	Pozitivní	2,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	49 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	49 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	2	Negativní	5,7 %
		>>> 14	Pozitivní	40 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	1	Negativní	2,9 %
		>>> 16	Pozitivní	46 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 91 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	46 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Pozitivní	49 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 3	Negativní	2,2 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Negativní	14 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,75 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 108	Negativní	81 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 3	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 3	Negativní	2,2 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Negativní	14 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,75 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 108	Negativní	81 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 3	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Pozitivní	23 %
	(5) Pevná fáze	>>> 11	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 3	Pozitivní	3,3 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 56	Pozitivní	61 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Pozitivní	23 %
	(5) Pevná fáze	>>> 10	Pozitivní	11 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 3	Pozitivní	3,3 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 51	Pozitivní	55 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 33	Pozitivní	22 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,7 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 111	Pozitivní	74 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,67 %
Celkem za vzorek: n = 149		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 33	Pozitivní	22 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,7 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 110	Pozitivní	74 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,67 %
Celkem za vzorek: n = 149		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 32	Pozitivní	25 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	4,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 87	Pozitivní	69 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 32	Pozitivní	25 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	4,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 86	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Negativní	0,99 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 3	Pozitivní	3,0 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Pozitivní	0,99 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 22	Pozitivní	22 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 8	Pozitivní	7,9 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 66	Pozitivní	65 %
	Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 99 %	
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 2	Negativní	2,0 %
		2	Pozitivní	2,0 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Negativní	0,99 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 22	Negativní	22 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 6	Negativní	5,9 %
		2	Pozitivní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 60	Negativní	59 %
	6	Pozitivní	5,9 %	
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno	2	anti-D	4,1 %
		>>> 45	anti-D; anti-Jkb	92 %
		>	anti-D; anti-Jkb; anti-Kpa	2,0 %
		1	anti-H	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 94 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 49	anti-S	100 %
		Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %
Celková úspěšnost: 94 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 256	2,4 %	
		± 3	titr 128	7,3 %	
		± 1	titr 256	2,4 %	
		± 1	titr 256	2,4 %	
		± 1	titr 512	2,4 %	
		± 1	titr 32	2,4 %	
		± 4	titr 64	9,8 %	
		± 5	titr 128	12 %	
		(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 2	titr 256	4,9 %
			± 1	titr 512	2,4 %
			± 3	titr 32	7,3 %
			± 9	titr 64	22 %
			± 9	titr 128	22 %
			Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) Neuvedeno	± 1	titr 2	4,8 %	
		(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 2	titr 1	9,5 %
			± 1	titr 2	4,8 %
			± 1	titr 4	4,8 %
		(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 2	titr 0 (neměřitelný)	9,5 %
			± 1	titr 2	4,8 %
		(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 8	titr 0 (neměřitelný)	38 %
			± 3	titr 1	14 %
			± 1	titr 2	4,8 %
			± 1	titr 4	4,8 %
		(99) Jiný princip měření	± 1	titr 4	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 2	2,4 %		
		(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 2	2,4 %	
			± 7	titr 2	17 %	
		(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 2	titr 4	4,8 %	
			± 1	titr 8	2,4 %	
			± 2	titr 16	4,8 %	
			± 1	titr 128	2,4 %	
			(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,4 %
				± 8	titr 1	19 %
		± 11		titr 2	26 %	
		± 5		titr 4	12 %	
		± 2		titr 8	4,8 %	
		Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sada 3				
(760) Zkouška kompatibility				
S1	Všechny výsledky	>>> 123	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 123	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)				
S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 18	Negativní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
		> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 97	Negativní zkouška	79 %
		> 4	Pozitivní zkouška	3,3 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 18	Negativní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Negativní zkouška	1,6 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 101	Negativní zkouška	82 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)				
S1	(0) Neuvedeno	± 45	Nelze podat, riziko hemolýzy	37 %
		± 58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	47 %
		± 10	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	8,1 %
		± 10	Lze podat	8,1 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 62	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	50 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	22 %
		± 31	Lze podat	25 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)				
S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Negativní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
		> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 99	Negativní zkouška	80 %
		> 2	Pozitivní zkouška	1,6 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Negativní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Negativní zkouška	1,6 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 101	Negativní zkouška	82 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	Celkem za vzorek: n = 123	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)				
S1	(0) Neuvedeno	± 43	Nelze podat, riziko hemolýzy	35 %
		± 58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	48 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	6,6 %
		± 13	Lze podat	11 %
	Celkem za vzorek: n = 122	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,5 %
		± 61	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	50 %
		± 26	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	21 %
		± 32	Lze podat	26 %
	Celkem za vzorek: n = 122	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		