

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	52	Krevní skupina: A	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: A	2,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: A	0,57 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: A	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	12	Krevní skupina: A	6,9 %
	(159) Grifols	>>>	53	Krevní skupina: A	30 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: A	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	26	Krevní skupina: A	15 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Krevní skupina: A	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: A	3,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	3	Krevní skupina: A	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	2,3 %

Celkem za vzorek: n = 175 ----- Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	52	Krevní skupina: AB	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: AB	2,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: AB	0,57 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: AB	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	12	Krevní skupina: AB	6,9 %
	(159) Grifols	>>>	53	Krevní skupina: AB	30 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: AB	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	26	Krevní skupina: AB	15 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Krevní skupina: AB	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: AB	3,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	3	Krevní skupina: AB	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: AB	2,3 %

Celkem za vzorek: n = 175 ----- Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	49	A podskupina A1	100 %
---------	----------------------	-----	----	-----------------	-------

Celkem za vzorek: n = 49 ----- Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(0) výrobce neuveden		2	Neuvedeno	4,1 %
		>>>	47	A podskupina A1	96 %

Celkem za vzorek: n = 49 ----- Úspěšnost: 96 %

Celková úspěšnost: 96 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	33	Negativní (RhD-)	31 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní (RhD-)	5,7 %
	(159) Grifols	>>>	26	Negativní (RhD-)	25 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(172) Immucor	>>>	22	Negativní (RhD-)	21 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,95 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %

Celkem za vzorek: n = 105 ----- Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	33	Negativní (RhD-)	31 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní (RhD-)	5,7 %
	(159) Grifols	>>>	26	Negativní (RhD-)	25 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(172) Immucor	>>>	22	Negativní (RhD-)	21 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,95 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,9 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	51	Negativní (RhD-)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6	Negativní (RhD-)	3,7 %
	(80) DiaMed	>>>	10	Negativní (RhD-)	6,1 %
	(159) Grifols	>>>	51	Negativní (RhD-)	31 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,2 %
	(172) Immucor	>>>	24	Negativní (RhD-)	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 164		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	51	Negativní (RhD-)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6	Negativní (RhD-)	3,7 %
	(80) DiaMed	>>>	10	Negativní (RhD-)	6,1 %
	(159) Grifols	>>>	51	Negativní (RhD-)	31 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,2 %
	(172) Immucor	>>>	24	Negativní (RhD-)	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	1,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,61 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 164		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(715) Antigen C

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	35	Negativní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Negativní	30 %
	(171) Diagast	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	35	Negativní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Negativní	30 %
	(171) Diagast	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(716) Antigen c

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	35	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Pozitivní	30 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	35	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Pozitivní	30 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	23	Negativní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	30	Negativní	41 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	9,6 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	5,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	23	Negativní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	30	Negativní	41 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	9,6 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	5,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(718) Antigen E

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	35	Negativní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Negativní	30 %
	(171) Diagast	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	34	Negativní	37 %
			1	Pozitivní	1,1 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	28	Negativní	30 %
	(171) Diagast	>>>	1	Negativní	1,1 %
(172) Immucor	>>>	10	Negativní	11 %	

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	30 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	30 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 35	Negativní	36 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Negativní	8,2 %
		1	Pozitivní	1,0 %
	(159) Grifols	>>> 33	Negativní	34 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 35	Negativní	36 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 33	Negativní	34 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,5 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	16 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	4,5 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	16 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
	Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(722) Antigen M

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	24 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	8,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	24 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	8,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(723) Antigen N

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	30 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %	
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	25 %	
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(172) Immucor	>>>	1	Negativní	2,3 %	
			>>>	5	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,8 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,8 %	
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	30 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %	
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	25 %	
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	14 %	
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,8 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,3 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,8 %	
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 98 %						

(724) Antigen S

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13	Negativní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	13	Negativní	28 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	8,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Negativní	8,5 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13	Negativní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	13	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	8,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Negativní	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(725) Antigen s

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(726) Antigen P1

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>>	9	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	9,4 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	3,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	6,3 %
	(159) Grifols	>>>	9	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	9,4 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	3,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad		1	Negativní	2,1 %
		>>>	16	Pozitivní	33 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,3 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	17	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,3 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,2 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(728) Antigen Fyb					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	17	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,3 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	33 %
			1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	8,3 %
	(159) Grifols	>>>	13	Negativní	27 %
	(172) Immucor	>>>	6	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
(729) Antigen Jka					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	5	Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(730) Antigen Jkb					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Negativní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
(731) Antigen Lua					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	16	Negativní	48 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	6,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	16	Negativní	48 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	6,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(732) Antigen Lub					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(159) Grifols	>>>	16	Pozitivní	50 %
	(172) Immucor	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(159) Grifols	>>>	16	Pozitivní	50 %
	(172) Immucor	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(733) Antigen Lea					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	11	Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	12	Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>>	4	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	5,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	2,9 %
			1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	11	Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	12	Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>>	4	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	5,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,7 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
(734) Antigen Leb					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	11	Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	2	Negativní	5,7 %
		>>>	10	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,9 %

Cyklus EHK: IH3/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(203) ANTIPOXIN		1 Negativní	2,9 %
		>>>	1 Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 91 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	34 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	5,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(203) ANTIPOXIN	>>>	2 Pozitivní	5,7 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 91 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	60 Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Negativní	3,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	21 Negativní	16 %
	(159) Grifols	>>>	45 Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>>	2 Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	60 Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Negativní	3,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	21 Negativní	16 %
	(159) Grifols	>>>	45 Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>>	2 Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	39 Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>>	15 Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>>	23 Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	11 Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(14) Bio-Rad		4 Negativní	4,3 %
		>>>	35 Pozitivní	38 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed		1 Negativní	1,1 %
		>>>	14 Pozitivní	15 %
	(159) Grifols		1 Negativní	1,1 %
		>>>	22 Pozitivní	24 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	2,2 %
	(172) Immucor		1 Negativní	1,1 %
	>>>	10 Pozitivní	11 %	
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	0,67 %
	(14) Bio-Rad	>>>	64 Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	21 Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>>	53 Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 149		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	0,67 %
	(14) Bio-Rad	>>>	64 Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	21 Pozitivní	14 %
	(159) Grifols		1 Negativní	0,67 %
	>>>	52 Pozitivní	35 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 149		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(745) Screening profilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>> 49	Pozitivní	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	3,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 47	Pozitivní	37 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>> 49	Pozitivní	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	3,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 1	Negativní	0,79 %
		>>> 46	Pozitivní	37 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(747) Screening profilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 43	Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	0,99 %
		>>> 14	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 37	Pozitivní	37 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 39	Negativní	39 %
		>>> 4	Pozitivní	4,0 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Negativní	12 %
		>>> 3	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>> 34	Negativní	34 %
		>>> 3	Pozitivní	3,0 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(750) Identifikace profilátek

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	2	anti-D	4,1 %
		>>> 45	anti-D; anti-Jkb	92 %
		> 1	anti-D; anti-Jkb; anti-Kpa	2,0 %
		1	anti-H	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 94 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 49	anti-S	100 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 5	titr 256	12 %
		± 2	titr 512	4,9 %
		± 4	titr 32	9,8 %
		± 13	titr 64	32 %
		± 17	titr 128	41 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 10	titr 0 (neměřitelný)	48 %
		± 5	titr 1	24 %
		± 4	titr 2	19 %
		± 2	titr 4	9,5 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,4 %
		± 8	titr 1	19 %
		± 20	titr 2	48 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 7	titr 4	17 %
		± 3	titr 8	7,1 %
		± 2	titr 16	4,8 %
		± 1	titr 128	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 123	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 123	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 117	Negativní zkouška	95 %
		> 6	Pozitivní zkouška	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 123	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	± 45	Nelze podat, riziko hemolýzy	37 %
		± 58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	47 %
		± 10	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	8,1 %
		± 10	Lze podat	8,1 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 62	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	50 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	22 %
		± 31	Lze podat	25 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 119	Negativní zkouška	97 %
		> 4	Pozitivní zkouška	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 123	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	± 43	Nelze podat, riziko hemolýzy	35 %
		± 58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	48 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	6,6 %
		± 13	Lze podat	11 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,5 %
		± 61	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	50 %
		± 26	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	21 %
		± 32	Lze podat	26 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		