

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Krevní skupina: A	36 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	12	Krevní skupina: A	7,5 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Krevní skupina: A	3,1 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	42	Krevní skupina: A	26 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	38	Krevní skupina: A	24 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: A	0,63 %	
	Celkem za vzorek: n = 160		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Krevní skupina: 0	36 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	12	Krevní skupina: 0	7,5 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Krevní skupina: 0	3,1 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	42	Krevní skupina: 0	26 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	38	Krevní skupina: 0	24 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,63 %	
	Celkem za vzorek: n = 160		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	54	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	54	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	34	Negativní (RhD-)	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	12	Negativní (RhD-)	13 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	22	Negativní (RhD-)	24 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	18	Negativní (RhD-)	19 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	34	Pozitivní (RhD+)	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	12	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	22	Pozitivní (RhD+)	24 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	18	Pozitivní (RhD+)	19 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Negativní (RhD-)	39 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Negativní (RhD-)	6,8 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,7 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,68 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	38	Negativní (RhD-)	26 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	34	Negativní (RhD-)	23 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,68 %	
	Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Pozitivní (RhD+)	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Pozitivní (RhD+)	6,8 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,7 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 38	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 34	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 14	Negativní	19 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 34	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Pozitivní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 14	Pozitivní	19 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 34	Pozitivní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Pozitivní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Pozitivní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Pozitivní	44 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Negativní	44 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	31 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	11 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 12	Negativní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	34 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	31 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	11 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 12	Negativní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	34 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Negativní	44 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Negativní	44 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Pozitivní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Pozitivní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Pozitivní	44 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Pozitivní	9,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Pozitivní	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 33	Pozitivní	44 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	23 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 16	Negativní	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 35	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	23 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 7	Negativní	9,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 16	Negativní	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 35	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	55 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	25 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	55 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	25 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	40 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	40 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Negativní	46 %
		1	Pozitivní	2,6 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	14 Negativní	36 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1 Negativní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Negativní	49 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	14 Negativní	36 %
(10) Pevná fáze	>>>	1 Negativní	2,6 %	
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	18 Pozitivní	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Pozitivní	5,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	5,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	15 Pozitivní	38 %
(10) Pevná fáze	>>>	1 Pozitivní	2,6 %	
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	18 Pozitivní	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Pozitivní	5,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	5,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	15 Pozitivní	38 %
(10) Pevná fáze	>>>	1 Pozitivní	2,6 %	
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	22 Pozitivní	76 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	3,4 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Pozitivní	3,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	5 Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	22 Pozitivní	76 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	3,4 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Pozitivní	3,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	5 Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	15 Negativní	38 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Negativní	2,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Negativní	5,0 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Negativní	2,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	19 Negativní	48 %
(10) Pevná fáze	>>>	2 Negativní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	1 Negativní	2,5 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	14 Pozitivní	35 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	19 Pozitivní	48 %
(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	15 Pozitivní	38 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	19 Pozitivní	48 %
(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	38 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	48 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	51 %
		1	Pozitivní	2,4 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	34 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	54 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	34 %
	Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	54 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	34 %
	Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	51 %
		1	Pozitivní	2,4 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	34 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	38 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	54 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	38 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	54 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 12	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	46 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 12	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	46 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	61 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	33 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	61 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	33 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	20	Pozitivní	61 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně		1	Negativní	3,0 %
		>>>	10	Pozitivní	30 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	20	Pozitivní	61 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	11	Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	6	Negativní	4,6 %	
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	29	Negativní	22 %	
	(5) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	0,77 %	
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Negativní	0,77 %	
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	92	Negativní	71 %	
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>>	1	Negativní	0,77 %	
	Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	6	Negativní	4,6 %
(3) Sloup. agl.: NAT - automat		>>>	29	Negativní	22 %	
(5) Pevná fáze		>>>	1	Negativní	0,77 %	
(6) Mikrotit. des.: NAT		>>>	1	Negativní	0,77 %	
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		>>>	92	Negativní	71 %	
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál		>>>	1	Negativní	0,77 %	
Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	21	Pozitivní	26 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(5) Pevná fáze	>>>	12	Pozitivní	15 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	42	Pozitivní	51 %
	Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>	15	Negativní	18 %
		>>>	6	Pozitivní	7,3 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(5) Pevná fáze	>	2	Negativní	2,4 %
		>>>	10	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>	1	Negativní	1,2 %
		>>>	1	Pozitivní	1,2 %
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>	29	Negativní	35 %	
	>>>	13	Pozitivní	16 %	
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	36	Pozitivní	26 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>>	5	Pozitivní	3,6 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	93	Pozitivní	67 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	Celkem za vzorek: n = 139		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>	1	Negativní	0,72 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>	22	Negativní	16 %
		>>>	14	Pozitivní	10 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>>	5	Pozitivní	3,6 %
(6) Mikrotit. des.: NAT	>	1	Negativní	0,72 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>	61 Negativní	44 %
		>>>	32 Pozitivní	23 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>	1 Negativní	0,72 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	2 Pozitivní	1,7 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	34 Pozitivní	29 %
	(5) Pevná fáze	>>>	5 Pozitivní	4,3 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1 Pozitivní	0,86 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	74 Pozitivní	64 %
Celkem za vzorek: n = 116			Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>	1 Negativní	0,86 %
		>>>	1 Pozitivní	0,86 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>	19 Negativní	16 %
		>>>	15 Pozitivní	13 %
	(5) Pevná fáze	>>>	5 Pozitivní	4,3 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>	1 Negativní	0,86 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>	46 Negativní	40 %
		>>>	28 Pozitivní	24 %
Celkem za vzorek: n = 116			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	>>>	2 Pozitivní	1,9 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	1 Pozitivní	0,97 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat		1 Negativní	0,97 %
		>>>	22 Pozitivní	21 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym		1 Negativní	0,97 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		1 Negativní	0,97 %
		>>>	3 Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál		15 Negativní	15 %
		>>>	57 Pozitivní	55 %
Celkem za vzorek: n = 103			Úspěšnost: 83 %	
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>>	2 Pozitivní	1,9 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	1 Pozitivní	0,97 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	23 Pozitivní	22 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym	>>>	1 Pozitivní	0,97 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		1 Negativní	0,97 %
		>>>	3 Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál		1 Negativní	0,97 %
		>>>	71 Pozitivní	69 %
Celkem za vzorek: n = 103			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 82 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno		3 anti-K	6,7 %
		>>>	42 anti-K; anti-Kpa	93 %
Celkem za vzorek: n = 45			Úspěšnost: 93 %	
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>	1 Neuvedeno	2,2 %
		>	1 Protilátka nepřítomna	2,2 %
		>>>	43 anti-Jkb	96 %
Celkem za vzorek: n = 45			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 93 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) Neuvedeno	±	1 titr 16	3,2 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	±	1 titr 32	3,2 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	11 titr 16	35 %
		±	17 titr 32	55 %
		±	1 titr 128	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) Neuvedeno	±	1 titr 2	3,7 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	±	1 titr 0 (neměřitelný)	3,7 %
		±	2 titr 1	7,4 %
		±	2 titr 2	7,4 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	1 titr 0 (neměřitelný)	3,7 %
		±	6 titr 1	22 %
		±	10 titr 2	37 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 3	titr 4	11 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 2	3,7 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) Neuvedeno	± 1	titr 1	4,8 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 0 (neměřitelný)	4,8 %
		± 2	titr 1	9,5 %
		± 2	titr 2	9,5 %
		± 1	titr 4	4,8 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 3	titr 0 (neměřitelný)	14 %
		± 7	titr 1	33 %
		± 1	titr 2	4,8 %
		± 2	titr 4	9,5 %
		± 1	titr 64	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,80 %
		>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 23	Negativní zkouška	18 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Negativní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 93	Negativní zkouška	74 %
		1	Pozitivní zkouška	0,80 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Negativní zkouška	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) Neuvedeno	> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	> 12	Negativní zkouška	9,6 %
		>>> 11	Pozitivní zkouška	8,8 %
	(5) Pevná fáze	> 3	Negativní zkouška	2,4 %
		>>> 1	Pozitivní zkouška	0,80 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	> 79	Negativní zkouška	63 %
		>>> 15	Pozitivní zkouška	12 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	> 1	Negativní zkouška	0,80 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 72	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	58 %
		± 19	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	15 %
		± 31	Lze podat	25 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 46	Nelze podat, riziko hemolýzy	37 %
		± 45	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	36 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	6,4 %
		± 26	Lze podat	21 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,80 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 24	Pozitivní zkouška	19 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,80 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 92	Pozitivní zkouška	74 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S1	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>>	1 Pozitivní zkouška	0,80 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1 Pozitivní zkouška	0,80 %
	Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %	
S2	(0) Neuvedeno	>>>	1 Negativní zkouška	0,80 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	24 Negativní zkouška	19 %
	(5) Pevná fáze	>>>	4 Negativní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1 Negativní zkouška	0,80 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	93 Negativní zkouška	74 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>>	1 Negativní zkouška	0,80 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1 Negativní zkouška	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	± 121	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	0,80 %
		± 1	Lze podat	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 51	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	41 %
		± 21	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	17 %
		± 50	Lze podat	40 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		