

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada 1 a 2					
(700) AB0 skupina					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	33	Krevní skupina: A	100 %
	Celkem za vzorek: n = 33	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	33	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 33	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(703) A podskupina					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	8	A podskupina A1	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	8	Neuvedeno	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(705) Rh D antigen (dárce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	22	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	22	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(709) Rh D antigen (příjemce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	32	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 32	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	32	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 32	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(715) Antigen C					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(716) Antigen c					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(717) Antigen Cw					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(718) Antigen E					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(719) Antigen e					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(720) Antigen K					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(721) Antigen k				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(722) Antigen M				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 7	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 7	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 21	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	> 10	Negativní	48 %
		>>> 11	Pozitivní	52 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 31	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	> 14	Negativní	45 %
		>>> 17	Pozitivní	55 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	> 10	Negativní	40 %
		>>> 15	Pozitivní	60 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	3	Negativní	30 %
		>>> 7	Pozitivní	70 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 70 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	10 %
		>>> 9	Pozitivní	90 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 60 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	anti-K	17 %
		>>> 5	anti-K; anti-Kpa	83 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 83 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 6	anti-Jkb	100 %
Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 16	50 %
		± 1	titr 32	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 1	50 %
		± 1	titr 2	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka				
E2 a S2	Všechny výsledky	± 1	titr 2	50 %
		± 1	titr 64	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3

(760) Zkouška kompatibility				
S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,80 %
		>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)				
S1	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	> 20	Negativní zkouška	80 %
		>>> 5	Pozitivní zkouška	20 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)				
S1	Všechny výsledky	± 18	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	72 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	20 %
		± 2	Lze podat	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 7	Nelze podat, riziko hemolýzy	28 %
		± 10	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	40 %
		± 3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	12 %
		± 5	Lze podat	20 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)				
S1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)				
S1	Všechny výsledky	± 24	Nelze podat, riziko hemolýzy	96 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 11	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	44 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	4,0 %
		± 13	Lze podat	52 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		