

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	46	Negativní (0)	96 %
		>	2	Negativní (1+)	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(602) A2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>	2	Slabě pozitivní (2+)	4,2 %
		>>>	46	Silně pozitivní (3+)	96 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(603) A3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	41	Negativní (0)	85 %
		>	7	Negativní (1+)	15 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(606) B1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	2	Negativní (0)	4,2 %
		±	28	Negativní (1+)	58 %
		±	18	Slabě pozitivní (2+)	38 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(607) B2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní (0)	33 %
		>>>	28	Negativní (1+)	58 %
			4	Slabě pozitivní (2+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 92 %			
Celková úspěšnost: 92 %					
(608) B3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	1	Negativní (0)	2,1 %
		±	14	Negativní (1+)	29 %
		±	33	Slabě pozitivní (2+)	69 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(611) C1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	48	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(612) C2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	35	Negativní (0)	74 %
		>	10	Negativní (1+)	21 %
			2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 96 %					
(613) C3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	8	Negativní (0)	22 %
		±	1	Negativní (1+)	2,7 %
		±	6	Slabě pozitivní (2+)	16 %
		±	22	Silně pozitivní (3+)	59 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(616) D1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky		2	Negativní (0)	4,2 %
			17	Negativní (1+)	35 %
		>>>	29	Slabě pozitivní (2+)	60 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 60 %			
Celková úspěšnost: 60 %					
(617) D2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>	7	Negativní (0)	15 %
		>>>	32	Negativní (1+)	67 %
			9	Slabě pozitivní (2+)	19 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 81 %			
Celková úspěšnost: 81 %					
(618) D3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	30	Negativní (0)	63 %
		>	13	Negativní (1+)	27 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	Všechny výsledky	4	Slabě pozitivní (2+)	8,3 %
		1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 90 %	
Celková úspěšnost: 90 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 28	Negativní (0)	58 %
		> 14	Negativní (1+)	29 %
		6	Slabě pozitivní (2+)	13 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 88 %	
Celková úspěšnost: 88 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	± 30	Negativní (0)	97 %
		± 1	Negativní (1+)	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 47	Negativní (0)	98 %
		> 1	Negativní (1+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 12	3 body	25 %
		>>> 36	6 bodů	75 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 47	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 47			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	3 body	2,1 %
		>>> 47	6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 47	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 47			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	3 body	4,2 %
		>>> 46	6 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 46	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	15	0 bodů	31 %
		> 21	3 body	44 %
		>>> 1	5 bodů	2,1 %
		>>> 11	6 bodů	23 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 69 %	
Celková úspěšnost: 69 %				
(667) D2 barvení vzorku				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sklo	Všechny výsledky	> 1	3 body	2,1 %
		>>> 47	6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	> 1	3 body	2,1 %
		>>> 47	6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	± 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky	4	0 bodů	8,3 %
		> 24	3 body	50 %
		>>> 20	6 bodů	42 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				