

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7	Negativní (0)	15 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	12	Negativní (0)	25 %
		>	2	Negativní (1+)	4,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	23	Negativní (0)	48 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní (0)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7	Silně pozitivní (3+)	15 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	14	Silně pozitivní (3+)	29 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	23	Silně pozitivní (3+)	48 %
	(999) jiný výrobce	>	2	Slabě pozitivní (2+)	4,2 %
		>>>	2	Silně pozitivní (3+)	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	6	Negativní (0)	13 %
		>	1	Negativní (1+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	9	Negativní (0)	19 %
		>	5	Negativní (1+)	10 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	23	Negativní (0)	48 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní (0)	6,3 %
		>	1	Negativní (1+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	±	1	Negativní (1+)	2,1 %
		±	6	Slabě pozitivní (2+)	13 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	1	Negativní (0)	2,1 %
		±	5	Negativní (1+)	10 %
		±	8	Slabě pozitivní (2+)	17 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	1	Negativní (0)	2,1 %
		±	19	Negativní (1+)	40 %
		±	3	Slabě pozitivní (2+)	6,3 %
	(999) jiný výrobce	±	3	Negativní (1+)	6,3 %
		±	1	Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit					
Celková úspěšnost: 92 %					
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7	Negativní (1+)	15 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	4	Negativní (0)	8,3 %
		>>>	7	Negativní (1+)	15 %
			3	Slabě pozitivní (2+)	6,3 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	10	Negativní (0)	21 %
		>>>	12	Negativní (1+)	25 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (0)	4,2 %
		>>>	2	Negativní (1+)	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost: 92 %					
Celková úspěšnost: 92 %					
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	±	2	Negativní (1+)	4,2 %
		±	5	Slabě pozitivní (2+)	10 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	4	Negativní (1+)	8,3 %
		±	10	Slabě pozitivní (2+)	21 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	7	Negativní (1+)	15 %
		±	16	Slabě pozitivní (2+)	33 %
	(999) jiný výrobce	±	1	Negativní (0)	2,1 %
		±	1	Negativní (1+)	2,1 %
		±	2	Slabě pozitivní (2+)	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48 Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit					
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7	Silně pozitivní (3+)	15 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
Sklo	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	14 Silně pozitivní (3+)	29 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	23 Silně pozitivní (3+)	48 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Silně pozitivní (3+)	8,3 %	
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	3 Negativní (0)	6,4 %	
		>	2 Negativní (1+)	4,3 %	
				2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	8 Negativní (0)	17 %	
		>	6 Negativní (1+)	13 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	21 Negativní (0)	45 %	
		>	1 Negativní (1+)	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní (0)	6,4 %	
		>	1 Negativní (1+)	2,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %					
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	±	1 Negativní (1+)	2,7 %	
		±	5 Silně pozitivní (3+)	14 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	3 Negativní (0)	8,1 %	
		±	2 Slabě pozitivní (2+)	5,4 %	
		±	6 Silně pozitivní (3+)	16 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	4 Negativní (0)	11 %	
		±	3 Slabě pozitivní (2+)	8,1 %	
		±	9 Silně pozitivní (3+)	24 %	
	(999) jiný výrobce	±	1 Negativní (0)	2,7 %	
		±	1 Slabě pozitivní (2+)	2,7 %	
		±	2 Silně pozitivní (3+)	5,4 %	
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest		3 Negativní (1+)	6,3 %	
		>>>	4 Slabě pozitivní (2+)	8,3 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		1 Negativní (0)	2,1 %	
		>>>	3 Negativní (1+)	6,3 %	
		>>>	10 Slabě pozitivní (2+)	21 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu		10 Negativní (1+)	21 %	
		>>>	13 Slabě pozitivní (2+)	27 %	
	(999) jiný výrobce		1 Negativní (0)	2,1 %	
			1 Negativní (1+)	2,1 %	
		>>>	2 Slabě pozitivní (2+)	4,2 %	
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 60 %			
Celková úspěšnost: 60 %					
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	5 Negativní (1+)	10 %	
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,2 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	1 Negativní (0)	2,1 %	
		>>>	10 Negativní (1+)	21 %	
			3 Slabě pozitivní (2+)	6,3 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	6 Negativní (0)	13 %	
		>>>	15 Negativní (1+)	31 %	
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,2 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (1+)	4,2 %	
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,2 %	
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 81 %			
Celková úspěšnost: 81 %					
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>					
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	4 Negativní (0)	8,3 %	
		>	3 Negativní (1+)	6,3 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	4 Negativní (0)	8,3 %	
		>	7 Negativní (1+)	15 %	
			3 Slabě pozitivní (2+)	6,3 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	19 Negativní (0)	40 %	
		>	3 Negativní (1+)	6,3 %	
			1 Silně pozitivní (3+)	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní (0)	6,3 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 90 %			

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 90 %				
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	2 Negativní (0)	4,2 %
		>	3 Negativní (1+)	6,3 %
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	5 Negativní (0)	10 %
		>	5 Negativní (1+)	10 %
			4 Slabě pozitivní (2+)	8,3 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	19 Negativní (0)	40 %
		>	4 Negativní (1+)	8,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (0)	4,2 %
		>	2 Negativní (1+)	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 88 %		
Celková úspěšnost: 88 %				
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	±	6 Negativní (0)	19 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	9 Negativní (0)	29 %
		±	1 Negativní (1+)	3,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	12 Negativní (0)	39 %
	(999) jiný výrobce	±	3 Negativní (0)	9,7 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(623) E3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7 Negativní (0)	15 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	14 Negativní (0)	29 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	23 Negativní (0)	48 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní (0)	6,3 %
		>	1 Negativní (1+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(651) A1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	48 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(652) A2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	12 3 body	25 %
		>>>	36 6 bodů	75 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(653) A3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	47 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(656) B1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	±	48 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(657) B2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 3 body	2,1 %
		>>>	47 6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(658) B3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	±	47 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(661) C1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	2 3 body	4,2 %
		>>>	46 6 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(662) C2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	46 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(663) C3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	±	48 6 bodů	100 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(666) D1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	15	0 bodů	31 %
		>	21 3 body	44 %
		>>>	1 5 bodů	2,1 %
		>>>	11 6 bodů	23 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 69 %		
Celková úspěšnost: 69 %				
<b>(667) D2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 3 body	2,1 %
		>>>	47 6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(668) D3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 3 body	2,1 %
		>>>	47 6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(671) E1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	48 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(672) E2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	±	48 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(673) E3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	48 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(681) VKK</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	4	0 bodů	8,3 %
		>	24 3 body	50 %
		>>>	20 6 bodů	42 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				