

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(602) A2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(603) A3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní (0)	82 %
		>	2	Negativní (1+)	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(606) B1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	1	Negativní (0)	9,1 %
		±	5	Negativní (1+)	45 %
		±	5	Slabě pozitivní (2+)	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(607) B2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní (0)	27 %
		>>>	7	Negativní (1+)	64 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %			
Celková úspěšnost: 91 %					
(608) B3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	3	Negativní (1+)	27 %
		±	8	Slabě pozitivní (2+)	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(611) C1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(612) C2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	8	Negativní (0)	80 %
		>	1	Negativní (1+)	10 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					
(613) C3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	1	Negativní (0)	9,1 %
		±	1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
		±	9	Silně pozitivní (3+)	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(616) D1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky		3	Negativní (1+)	27 %
		>>>	8	Slabě pozitivní (2+)	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 73 %			
Celková úspěšnost: 73 %					
(617) D2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>	3	Negativní (0)	27 %
		>>>	6	Negativní (1+)	55 %
			2	Slabě pozitivní (2+)	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 82 %			
Celková úspěšnost: 82 %					
(618) D3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	6	Negativní (0)	55 %
		>	3	Negativní (1+)	27 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
			1	Silně pozitivní (3+)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 82 %			

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 82 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní (0)	36 %
		> 5	Negativní (1+)	45 %
		2	Slabě pozitivní (2+)	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 82 %		
Celková úspěšnost: 82 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	± 10	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (0)	91 %
		> 1	Negativní (1+)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 3	3 body	27 %
		>>> 8	6 bodů	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 10	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	5	0 bodů	45 %
		> 4	3 body	36 %
		>>> 2	6 bodů	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 55 %		
Celková úspěšnost: 55 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(668) D3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(671) E1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(672) E2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	± 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(673) E3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(681) VKK				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	18 %
		>	6 3 body	55 %
		>>>	3 6 bodů	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 82 %		
Celková úspěšnost: 82 %				