

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD4/21 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 09.10.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(220) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				27							27	22	81%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		70,2	3,7	5,3	27	CVP	68	0,84	12%	59,8	76,2	27	24	89%
(1) HPLC, LC		70,2	3,9	5,6	15	0						15		
(4) Imunochemické metody		70,2	3,9	5,6	12	0						12		
Vzorek B		33,5	2,3	6,9	27	CVP	32,7	0,44	12%	28,7	36,7	27	23	85%
(1) HPLC, LC		33,4	1,9	5,7	15	0						15		
(4) Imunochemické metody		33,7	3,0	8,9	12	0						12		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 12.10.2021