

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost						N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(157) MPV	[fL]				154								148	137	93%
Vzorky a skupiny															
Vzorek B		9,27	0,85	9,2	154								148	139	94%
(1) Abbott		6,18	1,4	23	12	0	CVPG	6,18	1,0	18%	5,06	7,3			12
(12) Beckman Coulter		8,10	0,30	3,7	8	0	CVPG	8,1	0,23	18%	6,64	9,56			8
(63) Sysmex		9,77	0,23	2,3	80	0	CVPG	9,77	0,063	18%	8,01	11,6			80
(157) Nihon Kohden		6,50	1,0	16	6	0	CVPG	6,5	1,4	18%	5,33	7,67			6
(177) Mindray		9,04	0,68	7,6	42	0	CVPG	9,04	0,26	18%	7,41	10,7			42
Ostatní					6	0									0
								2x 179, 3x 204, 1x 205							
(158) PDW [%]	[%]				15								11	11	100%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		16,7	0,76	4,5	15								11	11	100%
(12) Beckman Coulter		16,6	0,22	1,3	6	0	CVPG	16,6	0,31	15%	14,1	19,1			6
(157) Nihon Kohden		16,5	0,22	1,4	5	0	CVPG	16,5	0,63	15%	14	19			5
Ostatní					4	0									0
								1x 179, 2x 204, 1x 205							
Vzorek B		16,2	1,2	7,5	15								11	11	100%
(12) Beckman Coulter		16,2	0,074	0,46	6	0	CVPG	16,2	0,10	15%	13,7	18,7			6
(157) Nihon Kohden		16,9	0,30	1,8	5	0	CVPG	16,9	0,84	15%	14,3	19,5			5
Ostatní					4	0									0
								1x 179, 2x 204, 1x 205							
(165) PDW [fL]	[fL]				78								78	76	97%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		16,3	0,80	4,9	78								78	77	99%
(63) Sysmex		16,3	0,80	4,9	78	0	CVPG	16,3	0,22	15%	13,8	18,8			78
Vzorek B		10,3	0,52	5,0	78								78	77	99%
(63) Sysmex		10,3	0,52	5,0	78	0	CVPG	10,3	0,14	15%	8,75	11,9			78
(166) PDW [-]	[-]				42								42	41	98%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		15,8	0,39	2,5	42								42	42	100%
(1) Abbott		19,5	0,22	1,1	6	0	CVPG	19,5	0,31	15%	16,5	22,5			6
(177) Mindray		15,7	0,27	1,7	36	0	CVPG	15,7	0,11	15%	13,3	18,1			36
Vzorek B		15,6	0,33	2,1	42								42	41	98%
(1) Abbott		18,7	0,74	4,0	6	0	CVPG	18,7	1,0	15%	15,8	21,6			6
(177) Mindray		15,6	0,24	1,5	36	0	CVPG	15,6	0,096	15%	13,2	18			36
(160) Neutrofilý	[·10(exp9)/L]				115								115	109	95%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		6,33	0,20	3,1	115		CVP	6,33	0,045	25%	4,74	7,92	115	115	100%
Všechny výsledky		6,33	0,20	3,1	115	0							115		
Vzorek B		4,50	0,34	7,6	115		CVP	4,50	0,078	25%	3,37	5,63	115	109	95%
Všechny výsledky		4,50	0,34	7,6	115	0							115		
(161) Lymfocyty	[·10(exp9)/L]				115								115	111	97%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		2,95	0,12	4,2	115		CVP	2,95	0,028	25%	2,21	3,69	115	115	100%
Všechny výsledky		2,95	0,12	4,2	115	0							115		
Vzorek B		2,64	0,13	4,9	115		CVP	2,64	0,030	25%	1,98	3,3	115	111	97%
Všechny výsledky		2,64	0,13	4,9	115	0							115		
(162) Monocyty	[·10(exp9)/L]				115								115	111	97%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,413	0,067	16	115		CVP	0,413	0,015	50%	0,206	0,62	115	111	97%
Všechny výsledky		0,413	0,067	16	115	0							115		
Vzorek B		0,495	0,076	15	115		CVP	0,495	0,017	50%	0,247	0,743	115	112	97%
Všechny výsledky		0,495	0,076	15	115	0							115		
(163) Eozinofily	[·10(exp9)/L]				114								114	109	96%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,102	0,018	17	114		CVP	0,102	,0041	asym.	0	0,293	114	111	97%
Všechny výsledky		0,102	0,018	17	114	0							114		
Vzorek B		0,105	0,017	16	114		CVP	0,105	,0040	asym.	0	0,233	114	110	96%
Všechny výsledky		0,105	0,017	16	114	0							114		
(164) Bazofily	[·10(exp9)/L]				114								114	110	96%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,044	0,025	57	114		CVP	0,044	,0058	asym.	0	0,293	114	114	100%
Všechny výsledky		0,044	0,025	57	114	0							114		
Vzorek B		0,059	0,036	61	114		CVP	0,059	,0082	asym.	0	0,233	114	110	96%
Všechny výsledky		0,059	0,036	61	114	1							114		