

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					132							132	130	98%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,912	0,095	10	132	CVP	0,912	0,020	25%	0,684	1,14	132	132	100%
(38) IL		0,793	0,045	5,7	27	0						27		
(63) Sysmex		0,958	0,049	5,1	80	0						80		
(94) Stago		0,832	0,077	9,3	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,970	0,074	7,6	6	0						6		
Ostatní					4	0						4		
							1x 162, 1x 175, 2x 179							
Vzorek B		1,53	0,15	10	132	CVP	1,53	0,033	25%	1,14	1,92	132	130	98%
(38) IL		1,33	0,037	2,8	27	0						27		
(63) Sysmex		1,58	0,10	6,3	80	0						80		
(94) Stago		1,55	0,15	9,7	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,62	0,17	11	6	0						6		
Ostatní					4	0						4		
							1x 162, 1x 175, 2x 179							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 28.09.2021