

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					132							132	130	98%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,912	0,095	10	132	CVP	0,912	0,020	25%	0,684	1,14	132	132	100%
(38) IL		0,793	0,045	5,7	27	0						27		
(94) Stago		0,799	0,045	5,6	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,942	0,039	4,1	37	0						37		
(179) Siemens		0,954	0,049	5,1	27	0						27		
(193) HYPHEN BioMed		0,986	0,055	5,6	28	0						28		
Ostatní					2	0						2		
							2x 10 ²							
Vzorek B		1,53	0,15	10	132	CVP	1,53	0,033	25%	1,14	1,92	132	130	98%
(38) IL		1,33	0,037	2,8	27	0						27		
(94) Stago		1,49	0,074	5,0	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,53	0,048	3,2	37	0						37		
(179) Siemens		1,56	0,095	6,1	27	0						27		
(193) HYPHEN BioMed		1,70	0,10	5,9	28	0						28		
Ostatní					2	0						2		
							2x 10 ²							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 28.09.2021