

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}
(103) Nízkomolekulární heparin					15						15	15	100%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]												
Vzorek A		0,956	0,067	7,0	15	CVP	0,912	0,020	25%	0,684	1,14	15	15 100%
(193) HYPHEN BioMed		1,00	0,045	4,5	6	0						6	
Ostatní					9	0						9	
							2x 38,4x 149,3x 179						
Vzorek B		1,60	0,15	9,3	15	CVP	1,53	0,033	25%	1,14	1,92	15	15 100%
(193) HYPHEN BioMed		1,70	0,067	3,9	6	0						6	
Ostatní					9	0						9	
							2x 38,4x 149,3x 179						
st_kn_p							Konec sestavy						Vytištěno: 28.09.2021