

Cyklus EHK: RET2/21 - Retikulocyty mikroskopicky

Stop termín: 19.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(211) Retikulocyty					62							62	51	82%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		89,8	22	25	62	CVP	89,8	7,0	45%	49,3	131	62	55	89%
Všechny výsledky		89,8	22	25	62	0						62		
Vzorek B		264	65	24	62	CVP	264	20	45%	145	383	62	56	90%
Všechny výsledky		264	65	24	62	0						62		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 25.11.2021