

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: RF2/21 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 01.10.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kU/L]				158							144	140	97%
Vzorky a skupiny -														

Vzorek A2		191	37	19	158							144	141	98%
(1) Abbott		143	7,1	5,0	38	0	CVPG	143	2,8	20%	114	172	38	
(12) Beckman Coulter		131	20	15	6	0	CVPG	131	28	20%	104	158	6	
(58) Beckman Coulter (AU)		199	9,6	4,8	29	0	CVPG	199	4,4	20%	159	239	29	
(60) Roche		213	12	5,7	40	0	CVPG	213	4,7	20%	170	256	40	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		213	13	6,1	10	0	CVPG	213	10	20%	170	256	10	
(162) Siemens (Atellica)		218	6,4	2,9	11	0	CVPG	218	4,7	20%	174	262	11	
(179) Siemens		223	6,6	3,0	10	0	CVPG	223	5,1	20%	178	268	10	
Ostatní					14	0							0	

1x 5, 1x 91, 3x 115, 2x 116, 4x 177, 2x 178, 1x 999

Vzorek B2		289	60	21	158							144	141	98%
(1) Abbott		208	11	5,4	38	0	CVPG	208	4,4	20%	166	250	38	
(12) Beckman Coulter		203	30	15	6	0	CVPG	203	41	20%	162	244	6	
(58) Beckman Coulter (AU)		305	12	4,0	29	0	CVPG	305	5,5	20%	244	366	29	
(60) Roche		323	13	4,1	40	0	CVPG	323	5,2	20%	258	388	40	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		319	20	6,2	10	0	CVPG	319	15	20%	255	383	10	
(162) Siemens (Atellica)		339	10	3,0	11	0	CVPG	339	7,6	20%	271	407	11	
(179) Siemens		345	12	3,4	10	0	CVPG	345	9,1	20%	276	414	10	
Ostatní					14	0							0	

1x 5, 1x 91, 3x 115, 2x 116, 4x 177, 2x 178, 1x 999

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 06.10.2021