

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: RF2/21 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 01.10.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kU/L]						19						17	16	94%
Vzorky a skupiny															

Vzorek A2		195	32	16	19									17	17	100%
(58) Beckman Coulter (AU)		189	17	8,8	6	0	CVPG	199	4,4	20%	159	239		6		
(60) Roche		218	13	5,8	6	0	CVPG	213	4,7	20%	170	256		6		
Ostatní					7	0								5		

								3x 1, 1x 5, 2x 149, 1x 178								
Vzorek B2		298	41	14	19									17	16	94%
(58) Beckman Coulter (AU)		290	22	7,6	6	0	CVPG	305	5,5	20%	244	366		6		
(60) Roche		329	9,6	2,9	6	0	CVPG	323	5,2	20%	258	388		6		
Ostatní					7	0								5		
								3x 1, 1x 5, 2x 149, 1x 178								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 06.10.2021