

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED2/21 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]					77							77	70	91%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		2,51	0,88	35	77		CVP	2,51	0,24	asym.	0	6	77	76	99%
(1) Přístroj		3,77	1,1	30	13	0							13		
(2) Manuálně		2,25	0,56	25	64	0							64		
Vzorek B		64,6	16	25	77		CVP	64,6	4,5	asym.	32	97	77	70	91%
(1) Přístroj		51,4	38	73	13	0							13		
(2) Manuálně		65,5	14	21	64	0							64		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]					76							76	67	88%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		5,60	1,8	32	76		CVP	5,6	0,51	asym.	1	10	76	71	93%
(1) Přístroj		7,50	2,3	31	12	0							12		
(2) Manuálně		5,26	1,5	29	64	0							64		
Vzorek B		101	24	24	76		CVP	101	6,7	asym.	50	152	76	70	92%
(1) Přístroj		80,5	53	66	12	0							12		
(2) Manuálně		103	21	20	64	0							64		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.09.2021