

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: SED2/21 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h</b>	[mm/1hod]					77						77	70	91%	
----- Vzorky a skupiny -----															
<b>Vzorek A</b>		2,51	0,88	35	77		CVP	2,51	0,24	asym.	0	6	77	76	99%
(0) výrobce neuveden		2,00	0,00	0,00	9	0							9		
(88) Becton Dickinson		2,25	0,60	27	15	0							15		
(121) Greiner		2,00	0,00	0,00	19	0							19		
(123) Sarstedt		3,53	1,3	36	17	0							17		
(999) jiný výrobce		2,82	1,0	36	15	0							15		
Ostatní					2	0							2		
							1x 5, 1x 998								
<b>Vzorek B</b>		64,6	16	25	77		CVP	64,6	4,5	asym.	32	97	77	70	91%
(0) výrobce neuveden		58,5	17	29	9	0							9		
(88) Becton Dickinson		64,2	16	24	15	0							15		
(121) Greiner		65,1	10	15	19	0							19		
(123) Sarstedt		78,8	6,0	7,6	17	0							17		
(999) jiný výrobce		44,7	31	69	15	0							15		
Ostatní					2	0							2		
							1x 5, 1x 998								
<b>(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h</b>	[mm/2hod]					76						76	67	88%	
----- Vzorky a skupiny -----															
<b>Vzorek A</b>		5,60	1,8	32	76		CVP	5,6	0,51	asym.	1	10	76	71	93%
(0) výrobce neuveden		4,91	1,5	30	10	0							10		
(88) Becton Dickinson		5,36	1,6	29	15	0							15		
(121) Greiner		4,77	1,1	23	18	0							18		
(123) Sarstedt		6,74	1,9	28	17	0							17		
(999) jiný výrobce		6,94	3,4	50	14	0							14		
Ostatní					2	0							2		
							1x 5, 1x 998								
<b>Vzorek B</b>		101	24	24	76		CVP	101	6,7	asym.	50	152	76	70	92%
(0) výrobce neuveden		98,3	18	19	10	0							10		
(88) Becton Dickinson		102	25	24	15	0							15		
(121) Greiner		97,7	13	13	18	0							18		
(123) Sarstedt		124	11	9,2	17	0							17		
(999) jiný výrobce		70,4	46	65	14	0							14		
Ostatní					2	0							2		
							1x 5, 1x 998								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 30.09.2021