

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: T04/21 - Sérové indexy (studie)

Stop termín: 15.02.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(501) Hemolytický index (kvantitativně)</b>	[μmol/L]					41						41	35	85%
----- Vzorky a skupiny -----														
<b>Vzorek A</b>		25,9	6,2	24	41	CVP	25,9	2,5	72%	7,25	44,6	41	36	88%
(0) výrobce neuveden		22,0	5,1	23	9	1						9		
(1) Abbott		24,2	1,8	7,2	13	0						13		
(60) Roche		29,8	6,7	23	13	0						13		
Ostatní					6	3						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							
<b>Vzorek B</b>		132	7,6	5,7	41	CVP	132	2,9	18%	108	156	41	38	93%
(0) výrobce neuveden		128	12	9,3	9	1						9		
(1) Abbott		132	5,4	4,1	13	0						13		
(60) Roche		131	8,0	6,1	13	0						13		
Ostatní					6	0						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							
<b>(502) Ikterický index (kvantitativně)</b>	[μmol/L]					41						41	37	90%
----- Vzorky a skupiny -----														
<b>Vzorek A</b>		485	40	8,3	41	CVP	485	15	25%	363	607	41	37	90%
(0) výrobce neuveden		501	33	6,6	9	0						9		
(1) Abbott		462	52	11	13	0						13		
(60) Roche		497	16	3,2	13	0						13		
Ostatní					6	0						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							
<b>Vzorek B</b>		133	25	18	41	CVP	133	9,5	54%	61,1	205	41	40	98%
(0) výrobce neuveden		136	26	19	9	1						9		
(1) Abbott		109	20	18	13	0						13		
(60) Roche		154	0,072	0,04	13	0						13		
Ostatní					6	0						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							
<b>(503) Lipemický index (kvantitativně)</b>	[g/L]					39						39	37	95%
----- Vzorky a skupiny -----														
<b>Vzorek A</b>		4,83	0,59	12	39	CVP	4,83	0,23	36%	3,09	6,57	39	37	95%
(0) výrobce neuveden		4,90	0,48	9,8	9	0						9		
(1) Abbott		4,35	0,39	9,1	11	0						11		
(60) Roche		5,17	0,30	5,7	13	0						13		
Ostatní					6	0						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							
<b>Vzorek B</b>		1,87	0,26	14	39	CVP	1,87	0,10	42%	1,08	2,66	39	39	100%
(0) výrobce neuveden		1,90	0,30	16	9	0						9		
(1) Abbott		1,74	0,15	8,7	11	0						11		
(60) Roche		2,05	0,12	5,7	13	0						13		
Ostatní					6	0						6		
							1x 12, 3x 58, 2x 162							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.03.2021