

## Cyklus EHK: T13/21 - Specifické IgE (studie)

Stop termín: 24.09.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(285) Amoxicilin</b>					
A	(29)	Siemens (Immulite)	>>>	5 RAST 0	21 %
	(52)	Dynex	>>>	2 RAST 0	8,3 %
	(101)	Hycor	>>>	1 RAST 0	4,2 %
	(166)	Thermo Fisher	>>>	13 RAST 0	54 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	3 RAST 0	13 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %			
B	(29)	Siemens (Immulite)	>>>	5 RAST 0	21 %
	(52)	Dynex	>>>	2 RAST 0	8,3 %
	(101)	Hycor	>>>	1 RAST 0	4,2 %
	(166)	Thermo Fisher	>>>	13 RAST 0	54 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	3 RAST 0	13 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(286) Ampicilin</b>					
A	(29)	Siemens (Immulite)	>>>	5 RAST 0	23 %
	(52)	Dynex	>>>	2 RAST 0	9,1 %
	(101)	Hycor	>>>	1 RAST 0	4,5 %
	(166)	Thermo Fisher	>>>	10 RAST 0	45 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	3 RAST 0	14 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 95 %			
B	(29)	Siemens (Immulite)		5 RAST 0	23 %
	(52)	Dynex		2 RAST 0	9,1 %
	(101)	Hycor		1 RAST 0	4,5 %
	(166)	Thermo Fisher		2 RAST 0	9,1 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	4 RAST 3	18 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	5 RAST 4	23 %
	(999)	jiný výrobce		3 RAST 0	14 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 41 %			
Celková úspěšnost: 41 %					
<b>(283) Penicilloyl G</b>					
A	(29)	Siemens (Immulite)	>>>	5 RAST 0	21 %
	(52)	Dynex	>>>	1 RAST 0	4,2 %
	(101)	Hycor	>>>	1 RAST 0	4,2 %
	(166)	Thermo Fisher	>>>	13 RAST 0	54 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	1 RAST 5	4,2 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	3 RAST 0	13 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 96 %			
B	(29)	Siemens (Immulite)		5 RAST 0	21 %
	(52)	Dynex		1 RAST 0	4,2 %
	(101)	Hycor		1 RAST 0	4,2 %
	(166)	Thermo Fisher		1 RAST 0	4,2 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	7 RAST 3	29 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	6 RAST 4	25 %
	(999)	jiný výrobce		3 RAST 0	13 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 54 %			
Celková úspěšnost: 54 %					
<b>(284) Penicilloyl V</b>					
A	(29)	Siemens (Immulite)	>>>	6 RAST 0	23 %
	(52)	Dynex	>>>	1 RAST 0	3,8 %
	(101)	Hycor	>>>	1 RAST 0	3,8 %
	(166)	Thermo Fisher	>>>	14 RAST 0	54 %
	(999)	jiný výrobce		1 RAST 6	3,8 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	3 RAST 0	12 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 96 %			
B	(29)	Siemens (Immulite)	>	1 RAST 1	3,8 %
	(29)	Siemens (Immulite)	>	5 RAST 2	19 %
	(52)	Dynex		1 RAST 0	3,8 %
	(101)	Hycor		1 RAST 0	3,8 %
	(166)	Thermo Fisher		1 RAST 0	3,8 %
	(999)	jiný výrobce	>>>	14 RAST 6	54 %
	(999)	jiný výrobce		3 RAST 0	12 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 77 %			

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 77 %

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 06.10.2021