

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: TIE2/21 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 24.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(280) IgE celkový					158						158	153	97%	
Vzorok A	[kU/L]													
Vzorek A		3,82	2,3	61	158	CVP	3,82	0,46	asym.	1	30	158	155	98%
(1) Abbott		13,9	9,5	68	24	2						24		
(29) Siemens (Immolute)		2,16	0,32	15	27	0						27		
(58) Beckman Coulter (AU)		13,3	1,9	14	5	0						5		
(60) Roche		2,56	0,20	7,7	37	0						37		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		8,45	7,7	91	10	0						10		
(162) Siemens (Atellica)		3,85	0,66	17	6	0						6		
(166) Thermo Fisher		2,38	0,34	14	10	0						10		
(179) Siemens		3,11	1,6	51	13	0						13		
(999) jiný výrobce		4,90	3,1	64	6	0						6		
Ostatní					20	1						20		
							1x 5, 2x 12, 2x 15, 4x 25, 1x 36, 2x 75, 1x 85, 3x 91, 4x 178							
Vzorek B		385	38	9,9	158	CVP	385	7,4	25%	288	482	158	156	99%
(1) Abbott		349	20	5,6	24	0						24		
(29) Siemens (Immolute)		385	49	13	27	0						27		
(58) Beckman Coulter (AU)		385	14	3,7	5	0						5		
(60) Roche		405	21	5,2	37	0						37		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		400	14	3,6	10	0						10		
(162) Siemens (Atellica)		423	26	6,1	6	0						6		
(166) Thermo Fisher		364	36	9,8	10	0						10		
(179) Siemens		412	17	4,0	13	0						13		
(999) jiný výrobce		376	24	6,4	6	0						6		
Ostatní					20	0						20		
							1x 5, 2x 12, 2x 15, 4x 25, 1x 36, 2x 75, 1x 85, 3x 91, 4x 178							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 02.10.2021