

## Cyklus EHK: IFT1/24 - Imunofenotypizace

Stop termín: 22.4.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(259) HLA-B27</b>		64			64	63	98
<b>Vzorek A</b>		64			64	64	100
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	43	67	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(88) Becton Dickinson	CVP >>>	13	20	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	6	9,4	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		64			64	63	98
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	43	67	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3,1	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson	CVP >>>	13	20	Pozitivní			
(177) Mindray		1	1,6	Neuvedeno			
	>	1	1,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	4	6,3	Pozitivní			