

Cyklus EHK: AIM21/26 - Autoimunita 2

Stop termín: 10.4.2026

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(565) ANCA imunofluorescence - průkaz		63			63	63	100
Vzorek A1		63			63	63	100
Všechny výsledky	CVP >>>	63	100	Pozitivní			
Vzorek B1		63			63	63	100
Všechny výsledky	CVP >>>	63	100	Pozitivní			
(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita		54			0		
Vzorek A1		54			0		
Všechny výsledky		± 1	1,9	titr 10			
		± 2	3,7	titr 20			
		± 8	15	titr 40			
		± 12	22	titr 80			
		± 11	20	titr 160			
		± 9	17	titr 320			
		± 9	17	titr 640			
		± 2	3,7	titr 1280			
Vzorek B1		54			0		
Všechny výsledky		± 1	1,9	titr 10			
		± 3	5,6	titr 20			
		± 8	15	titr 40			
		± 14	26	titr 80			
		± 11	20	titr 160			
		± 8	15	titr 320			
		± 6	11	titr 640			
		± 2	3,7	titr 1280			
		± 1	1,9	titr 2560			
(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita		50			0		
Vzorek A1		50			0		
Všechny výsledky		± 1	2	titr 10			
		± 2	4	titr 20			
		± 1	2	titr 40			
		± 3	6	titr 80			
		± 15	30	titr 160			
		± 13	26	titr 320			
		± 8	16	titr 640			
		± 7	14	titr 1280			
Vzorek B1		50			0		
Všechny výsledky		± 1	2	titr 10			
		± 4	8	titr 20			
		± 13	26	titr 40			
		± 10	20	titr 80			
		± 11	22	titr 160			
		± 4	8	titr 320			
		± 3	6	titr 640			
		± 3	6	titr 1280			
		± 1	2	titr 2560			
(566) ANCA - typ fluorescence		62			62	62	100
Vzorek A1		62			62	62	100
Všechny výsledky	CVP >>>	62	100	cANCA (cytoplazmatická)			
Vzorek B1		62			62	62	100
Všechny výsledky	CVP >>>	62	100	pANCA (perinukleární)			
(569) anti-myeloperoxidáza		71			71	71	100
Vzorek A1		71			71	71	100
Všechny výsledky	CVP >>>	71	100	Negativní			
Vzorek B1		71			71	71	100
Všechny výsledky	CVP >>>	71	100	Pozitivní			
(570) anti-proteináza III		71			71	71	100
Vzorek A1		71			71	71	100
Všechny výsledky	CVP >>>	71	100	Pozitivní			
Vzorek B1		71			71	71	100
Všechny výsledky	CVP >>>	71	100	Negativní			

Cyklus EHK: AIM21/26 - Autoimunita 2

Stop termín: 10.4.2026

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 2							
(562) anti-GBM imunofluorescence - průkaz		17			17	17	100
Vzorek A2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
(567) anti-GBM imunofluorescence - semikvantita		14			0		
Vzorek A2		14			0		
Všechny výsledky		± 1	7,1	titr 10			
		± 4	29	titr 40			
		± 2	14	titr 80			
		± 3	21	titr 160			
		± 3	21	titr 320			
		± 1	7,1	titr 640			
Vzorek B2		14			0		
Všechny výsledky		± 13	93	titr 0 (neměřitelný)			
		± 1	7,1	titr 10			
(568) anti-GBM jiné metody - průkaz		44			44	44	100
Vzorek A2		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
Vzorek B2		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Negativní			