

Cyklus EHK: AT1/26 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 10.4.2026

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		21			21	21	100
Vzorek A1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Pozitivní			
Vzorek B1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Negativní			
(575) anti-tyreoglobulin		21			21	21	100
Vzorek A1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Pozitivní			
Vzorek B1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Negativní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		14			14	14	100
Vzorek A2		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Negativní			
Vzorek B2		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Pozitivní			