

KO2/26: Krevní obraz

Tento cyklus akreditovaného programu byl realizován v souladu s dokumentem *Plán EHK 2026*.

Vzorky

Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. Jednalo se o vzorky čerstvé krve 2 osob. V rámci přípravy vzorků byla provedena studie homogenity, která prokázala vyhovující vlastnosti obou vzorků.

V tomto cyklu došlo ke zpoždění přepravy zásilek se vzorky na Slovensko, kde většina účastníků vzorky obdržela až v den stop termínu (pátek). Ve 3 případech byly vzorky doručeny až týden po odeslání – tyto účastníky jsme z cyklu vyradili a mohou si zvolit, zda je zdarma zařadíme do dalšího cyklu KO s volnou kapacitou, nebo jim vrátíme peníze.

Výsledky účastníků ze Slovenska poskytla přibližně poloviční výsledky ve srovnání s laboratořemi z ČR (v Youdenově grafu jsou dobře patrné 2 shluky bodů). Proto jsme i u monocytů provedli stejnou úpravu LL a UL jako u eozinofilů a bazofilů.

Významně vychýlené výsledky neutrofilů poskytly systémy Abbott CELL-DYN Ruby (S = 765) a Emerland (S = 702), a proto jsme je nehodnotili.

Až do doby uzávěrky tohoto cyklu nám přepravní společnost GLS nebyla schopna racionálně vysvětlit, co bylo příčinou zdržení.

Za komplikace se všem účastníkům samozřejmě omlouváme.

Komentář supervizora

Cyklu se zúčastnilo 184 účastníků, z toho 38 ze Slovenska.

Vztažné hodnoty (AV)**Základní parametry krevního obrazu**

AV byly určeny jako robustní průměry výsledků všech účastníků.

RDW, MPV, nezralá frakce trombocytů, PDW

U těchto zkoušek i při použití vzorků nativní krve přetrvávají značné rozdíly ve výsledcích měření získaných na systémech různých výrobců. Proto tyto zkoušky hodnotíme v rámci homogenních skupin uspořádaných podle výrobce měřicího systému (kód P). AV byly v jednotlivých skupinách určeny jako robustní průměry. Hodnoceny jsou pouze skupiny s 5 a více účastníky.

PDW [%]: V případě PDW s výsledky vydávanými v % byl počet účastníků tak malý, že je nebylo možné hodnotit.

Pětipopulační diferenciál

AV byly určeny jako robustní průměry výsledků všech účastníků. U zkoušek pětipopulačního diferenciálu dále (vždy s přihlédnutím k výsledkům daného cyklu) aplikujeme toto pravidlo: U populací buněk, kde je AV nízká (tj. $AV < 3\%$ z počtu leukocytů), upravujeme meze intervalu, ve kterém jsou výsledky hodnoceny jako správné, takto:

- Dolní mez (LL) intervalu je 0 (nula).
- Horní mez (UL) je spočtena pomocí AV a D_{max} nebo jako 3% z počtu leukocytů (podle toho, co je vyšší), ale minimálně musí být $0,1 \cdot 10^9/L$.

V tomto cyklu byla výše uvedená korekce provedena u eozinofilů a bazofilů.

Měření počtu monocytů byl jediný parametr, kde jsme zaznamenali vliv stáří vzorků na výsledek měření, protože většina účastníků ze Slovenska poskytla přibližně poloviční výsledky ve srovnání s laboratořemi z ČR (v Youdenově grafu jsou dobře patrné 2 shluky bodů). Proto jsme i u monocytů provedli stejnou úpravu LL a UL jako u eozinofilů a bazofilů.

Významně vychýlené výsledky neutrofilů poskytly systémy Abbott CELL-DYN Ruby (S = 765) a Emerland (S = 702), a proto jsme je nehodnotili.

Edukační část cyklu – nejistoty výsledků měření

Přehled relativních kombinovaných rozšířených nejistot (U_c) uvedených účastníky naleznete níže v tabulce.

| Zkouška | Minimum | Průměr | Maximum | n | Minimum | Průměr | Maximum | n |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------|----|-----------------|--------|---------|----|
| | [%] | [%] | [%] | | [%] | [%] | [%] | |
| | Vzorek A | | | | Vzorek B | | | |
| (150) Leukocyty | 0,16 | 3,8 | 11 | 41 | 0,14 | 3,3 | 11 | 41 |
| (151) Erytrocyty | 0,04 | 1,8 | 6,2 | 41 | 0,01 | 1,8 | 6,2 | 41 |
| (152) Hemoglobin | 0,10 | 1,3 | 5,8 | 46 | 0,10 | 1,4 | 5,8 | 46 |
| (153) Hematokrit | 0,01 | 2,3 | 6,1 | 40 | 0,01 | 2,2 | 6,1 | 40 |
| (154) MCV | 0,09 | 1,6 | 3,1 | 37 | 0,10 | 1,7 | 3,1 | 37 |
| (156) RDW | 0,10 | 1,7 | 2,9 | 29 | 0,12 | 1,7 | 2,9 | 29 |
| (155) Trombocyty | 1,4 | 5,6 | 15 | 41 | 1,5 | 5,3 | 15 | 41 |
| (157) MPV | 0,01 | 3,0 | 7,4 | 29 | 0,10 | 2,9 | 7,4 | 29 |
| (129) Nezralá frakce trombocytů | 0,80 | 5,6 | 6,6 | 11 | 0,10 | 4,6 | 6,6 | 11 |
| (165) PDW [fL] | 1,6 | 5,6 | 8,8 | 17 | 1,6 | 5,7 | 8,8 | 17 |
| (166) PDW [-] | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 2 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 2 |

Nejistoty svých výsledků uvedlo 46 účastníků, tedy čtvrtina účastníků cyklu.

KO2/26: Krevní obraz

Průměrné velikosti nejistot mají realistický charakter. Jestliže se vaše nejistoty od průměru významně liší (jsou mnohem menší nebo mnohem větší), je pravděpodobné, že při jejich určení došlo k nějaké chybě. Doporučujeme ověřit, zda byly do výpočtu nejistoty zahrnuty všechny dílčí nejistoty (nezapomínat na nejistoty kalibrátorů), zda nedošlo k záměně jednotek a zda byla uvedena rozšířená ($k = 2$) nejistota.

Dlouhodobá úspěšnost

V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (procento zkoušek, u kterých účastník uvedl správný výsledek). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné úspěšnosti dosáhli.

| Úspěšnost | | 0 % | 1 - 74 % | 75 - 79 % | 80 - 89 % | 90 - 94 % | 95 - 99 % | 100 % |
|-----------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| Úspěšnost slovy | | nevyhovující | | přijatelná | dobrá | velmi dobrá | výborná | |
| Počet | absolutní | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 47 | 112 |
| | relativní | - | 0,54 % | 1,1 % | 2,7 % | 9,2 % | 26 % | 61 % |

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu.

Celková úspěšnost většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je 90 % nebo vyšší.

Úspěšnost nižší než 90 % je třeba považovat za impuls ke zlepšení.

Odborná supervize: RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D.
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3, 615 00 Brno
e-mail: svytiskova@seznam.cz

Přílohy

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu, kteří uvedli výsledky, získávají:

| Název | Popis |
|---|---|
| Osvědčení o účasti Certifikát Výsledkový list | Je třeba splnit podmínky pro vystavení příslušného dokumentu uvedené v Plánu EHK. |
| Souhrnné přehledy kvantitativních výsledků | Tyto dokumenty zahrnují grafický přehled výsledků ve formě komplexní statistiky (ta obsahuje pro každou zkoušku Youdenův graf nebo histogramy, přehled P-skóre za 2 roky, přehled výsledků s nejistotami a souhrnnou statistiku v grafické podobě). |

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pro potřebu účastníka.

Jestliže jste v tomto cyklu zadali výsledky, pak své individuální vyhodnocení (zprávy) naleznete v aplikaci **Cibule** (<https://www.ega.cz/cibule>). Po přihlášení zvolte v menu **Výsledky EHK - Prohlížení** a potom klepněte na tlačítko **Zprávy** pro příslušný cyklus.

Další informace

Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz volně k dispozici další informace, zejména:

- Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy.
- Kritéria (D_{max}) pro hodnocení kvantitativních výsledků.
- Dokument **Plán EHK** (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně).
- Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh.
- Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů.