

## Tento dokument projednal a odsouhlasil výbor STL ČLS JEP

Zpracoval: Martin Písačka

**Poznámka: Takto jsou pro přehlednost označeny změny v textu proti minulé verzi.**Základní informace o procesu certifikace v systému EHK a rovněž seznam použitých zkratk naleznete v dokumentu **Certifikace 2017 – obecný úvod**.

## Certifikované zkoušky

## Program EHK: IH - Imuno hematologie

Zkouška	Doporučené rutinní metody stanovení	Nedoporučené metody	Typ AV
AB0 skupina (antigeny)	Test za použití diagnostik odpovídajících Direktivě 98/79/EC a metodou dle příslušného návodu k použití (označení shody „CE“).	Jiné testy a odchylky od doporučeného postupu v návodu k použití.	RV  (RV určuje Referenční laboratoř pro imuno hematologii, ÚHKKT Praha, vedoucí MUDr. Martin Písačka)
A podskupina			
Rh D antigen (dárce)			
Rh D antigen (příjemce)			
Další antigeny - každý z následujících antigenů je certifikován samostatně: C, c, C <sup>w</sup> , E, e, K, k, M, N, S, s, P1, Fy <sup>a</sup> , Fy <sup>b</sup> , Jk <sup>a</sup> , Jk <sup>b</sup> , Lu <sup>a</sup> , Lu <sup>b</sup> , Le <sup>a</sup> , Le <sup>b</sup>			
Přímý Coombsův test			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (dárce)			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (příjemce)			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (těhotná)			
Screening protilátek enzymovým testem			
Identifikace protilátek			
Zkouška kompatibility <sup>*)</sup>			

<sup>\*)</sup> Zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že účastník uvede správné výsledky všech 4 zkoušek kompatibility (tj. oba segmenty proti oběma vzorkům sér). Výsledky doplňujících zkoušek *Lze podat transfuzní přípravky?* vystavení certifikátu neovlivňují.