

Tento dokument projednal a odsouhlasil výbor STL ČLS JEP*Zpracoval: Martin Písačka***Poznámka: Takto jsou pro přehlednost označeny změny v textu proti minulé verzi.**Základní informace o procesu certifikace v systému EHK a rovněž seznam použitých zkratk naleznete v dokumentu **Certifikace 2018 – obecný úvod**.**Certifikované zkoušky****Program EHK: IH - Imuno hematologie**

<i>Zkouška</i>	<i>Doporučené rutinní metody stanovení</i>	<i>Nedoporučené metody</i>	<i>Typ AV</i>
AB0 skupina (antigeny)	Test za použití diagnostik odpovídajících Direktivě 98/79/EC a metodou dle příslušného návodu k použití (označení shody „CE“).	Jiné testy a odchylky od doporučeného postupu v návodu k použití.	RV (RV určuje Referenční laboratoř pro imuno hematologii, ÚHKKT Praha, vedoucí MUDr. Martin Písačka)
A podskupina			
Rh D antigen (dárce)			
Rh D antigen (příjemce)			
Další antigeny - každý z následujících antigenů je certifikován samostatně: C, c, C^w, E, e, K, k, M, N, S, s, P1, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, Lu^a, Lu^b, Le^a, Le^b			
Přímý Coombsův test			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (dárce)			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (příjemce)			
Screening protilátek nepřímým antiglobulinovým testem (těhotná)			
Screening protilátek enzymovým testem			
Identifikace protilátek			
Zkouška kompatibility ^{*)}			

^{*)} Zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že účastník uvede správné výsledky všech 4 zkoušek kompatibility (tj. oba segmenty proti oběma vzorkům sér). Výsledky doplňujících zkoušek *Lze podat transfuzní přípravky?* hodnocení neovlivňují.