

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP1/21 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Sada 1														
(108) Apixaban						32						32	28	88%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
Vzorek A1		65,3	11	16	32	CVP	65,3	4,6	32%	44,4	86,2	32	28	88%
(38) IL		71,9	3,1	4,3	10	0						10		
(94) Stago		63,0	7,4	12	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		63,2	13	20	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							2x 149, 2x 179							
Vzorek B1		272	25	9,3	32	CVP	272	11	25%	204	340	32	32	100%
(38) IL		287	10	3,5	10	0						10		
(94) Stago		286	10	3,6	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		256	26	10	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							2x 149, 2x 179							
Sada 2														
(109) Dabigatran						33						33	31	94%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
Vzorek A2		51,5	8,5	16	33	CVP	51,5	3,6	32%	35	68	33	31	94%
(38) IL		51,4	3,8	7,4	10	0						10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		49,1	1,6	3,3	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		53,2	13	24	15	0						15		
Ostatní					3	0						3		
							1x 94, 2x 179							
Vzorek B2		215	26	12	33	CVP	215	11	25%	161	269	33	33	100%
(38) IL		206	14	6,7	10	0						10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		189	13	6,8	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		236	25	11	15	0						15		
Ostatní					3	0						3		
							1x 94, 2x 179							
Sada 3														
(110) Rivaroxaban						38						38	36	95%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
Vzorek A3		72,9	7,7	11	38	CVP	72,9	3,0	25%	54,6	91,2	38	36	95%
(38) IL		75,0	4,0	5,3	12	0						12		
(94) Stago		71,0	5,9	8,4	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		73,9	13	17	15	0						15		
Ostatní					5	0						5		
							2x 149, 3x 179							
Vzorek B3		311	24	7,9	38	CVP	311	9,7	25%	233	389	38	38	100%
(38) IL		288	10	3,5	12	0						12		
(94) Stago		314	17	5,4	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		326	19	5,8	15	0						15		
Ostatní					5	0						5		
							2x 149, 3x 179							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 09.04.2021