

Cyklus EHK: AT1/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.04.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(575) Anti-tyreoglobulin

A1	(1) Fluorescenční metody	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	9	Pozitivní	4,9 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	170	Pozitivní	92 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Fluorescenční metody	±	1	Negativní	0,54 %
		±	1	Pozitivní	0,54 %
	(2) EIA metody	±	6	Negativní	3,3 %
		±	3	Pozitivní	1,6 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	±	2	Negativní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	±	70	Negativní	38 %
		±	9	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,9 %
	±	91	Pozitivní	49 %	
(99) Jiný princip měření	±	1	Negativní	0,54 %	
Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Fluorescenční metody	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	10	Pozitivní	5,3 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	174	Pozitivní	93 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	Celkem za vzorek: n = 188		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Fluorescenční metody	±	1	Negativní	0,53 %
		±	1	Pozitivní	0,53 %
	(2) EIA metody	±	10	Negativní	5,3 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	±	1	Pozitivní	0,53 %
	(5) LIA, ILMA	±	93	Negativní	49 %
		±	22	Neprůkazný výsledek (hraniční)	12 %
		±	59	Pozitivní	31 %
(99) Jiný princip měření	±	1	Negativní	0,53 %	
Celkem za vzorek: n = 188		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor

A2	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(2) EIA metody	>>>	3	Negativní	3,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	3	Negativní	3,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	87	Negativní	91 %
				2	Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 96		Úspěšnost: 98 %			
B2	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(2) EIA metody	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	2	Negativní	2,1 %
				87	Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 96		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					