

Cyklus EHK: AT1/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.04.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(575) Anti-tyreoglobulin

A1	(1) Abbott	>>>	58	Pozitivní	32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	24	Pozitivní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	(25) TOSOH	>>>	3	Pozitivní	1,6 %
	(29) Siemens (Immulite)	>>>	15	Pozitivní	8,2 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	53	Pozitivní	29 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	10	Pozitivní	5,4 %
	(179) Siemens	>>>	15	Pozitivní	8,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,54 %
Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost: 100 %			
B1	(1) Abbott	±	2	Negativní	1,1 %
		±	7	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,8 %
		±	49	Pozitivní	27 %
	(12) Beckman Coulter	±	1	Negativní	0,54 %
		±	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,54 %
		±	22	Pozitivní	12 %
	(15) bioMérieux	±	1	Pozitivní	0,54 %
	(25) TOSOH	±	3	Negativní	1,6 %
	(29) Siemens (Immulite)	±	15	Negativní	8,2 %
	(36) Immunotech	±	2	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	±	53	Negativní	29 %
	(87) Euroimmun	±	1	Negativní	0,54 %
	(135) OrgenTec	±	1	Negativní	0,54 %
	(162) Siemens (Atellica)	±	1	Negativní	0,54 %
		±	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,54 %
		±	8	Pozitivní	4,3 %
	(179) Siemens	±	15	Pozitivní	8,2 %
	(999) jiný výrobce	±	1	Negativní	0,54 %
Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Abbott	>>>	58	Pozitivní	31 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	24	Pozitivní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Pozitivní	2,1 %
	(29) Siemens (Immulite)	>>>	16	Pozitivní	8,5 %
	(36) Immunotech	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(60) Roche	>>>	54	Pozitivní	29 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	10	Pozitivní	5,3 %
	(179) Siemens	>>>	17	Pozitivní	9,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
Celkem za vzorek: n = 188		Úspěšnost: 100 %			
B1	(1) Abbott	±	1	Negativní	0,53 %
		±	8	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,3 %
		±	49	Pozitivní	26 %
	(12) Beckman Coulter	±	17	Negativní	9,0 %
		±	7	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,7 %
	(15) bioMérieux	±	1	Pozitivní	0,53 %
	(25) TOSOH	±	4	Negativní	2,1 %
	(29) Siemens (Immulite)	±	16	Negativní	8,5 %
	(36) Immunotech	±	1	Pozitivní	0,53 %
	(60) Roche	±	54	Negativní	29 %
	(87) Euroimmun	±	1	Negativní	0,53 %
	(135) OrgenTec	±	1	Negativní	0,53 %
	(162) Siemens (Atellica)	±	3	Negativní	1,6 %
		±	3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,6 %
		±	4	Pozitivní	2,1 %
	(179) Siemens	±	7	Negativní	3,7 %
		±	4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %

Cyklus EHK: AT1/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.04.2021

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B1	(179) Siemens	± 6	Pozitivní	3,2 %
	(999) jiný výrobce	± 1	Negativní	0,53 %
Celkem za vzorek: n = 188			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor

A2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(29) Siemens (Immulate)	>>> 11	Negativní	11 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 76	Negativní	79 %
		2	Pozitivní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 96			Úspěšnost: 98 %	
B2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(29) Siemens (Immulate)	>>> 11	Pozitivní	11 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 76	Pozitivní	79 %
		2	Negativní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 96			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.04.2021