

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(575) Anti-tyreoglobulin

A1	Všechny výsledky	>>>	21	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	±	12	Negativní	57 %
		±	9	Pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky):	nelze hodnotit		

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	>>>	21	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	±	14	Negativní	67 %
		±	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,8 %
		±	6	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky):	nelze hodnotit		

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor

A2	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	90 %
			1	Pozitivní	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost:	90 %		
B2	Všechny výsledky		1	Negativní	10 %
		>>>	9	Pozitivní	90 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost:	90 %		

Celková úspěšnost: 90 %