

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]	96					96 88 92%						
Vzorky a skupiny													

Vzorek A2		0,660	0,26	39	96	CVP	0,66	0,065	100%	0	1,32	96	93	97%
(29) Siemens (Immulite)		0,100	0,000	0,00	11	0						11		
(60) Roche		0,799	0,003	0,46	78	1						78		
Ostatní					7	0						7		

							3x 24, 1x 36, 1x 87, 2x 999							
Vzorek B2		4,24	0,51	12	96	CVP	4,24	0,13	33%	2,84	5,64	96	89	93%
(29) Siemens (Immulite)		4,29	0,48	11	11	0						11		
(60) Roche		4,28	0,46	11	78	0						78		
Ostatní					7	0						7		
							3x 24, 1x 36, 1x 87, 2x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.04.2021