

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 19.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]													
Vzorky a skupiny					10						10	8	80%	
Vzorek A2		0,670	0,34	51	10	CVP	0,66	0,065	100%	0	1,32	10	9	90%
(60) Roche		0,800	0,000	0,00	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							
Vzorek B2		4,33	0,93	22	10	CVP	4,24	0,13	33%	2,84	5,64	10	8	80%
(60) Roche		4,05	0,79	19	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.04.2021