

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CD341/21 - Stanovení populace buněk CD34+

Stop termín: 19.04.2021

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| zkouška | [jednotka] | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| (690) Leukocyty | | | | | 23 | | | | | | | 23 | 22 | 96% |
| Vzorok A | [·10(exp9)/L] | | | | | | | | | | | | | |
| (12) Beckman Coulter | | 45,2 | 1,5 | 3,2 | 23 | CVP | 45,2 | 0,75 | 15% | 38,4 | 52 | 23 | 23 | 100% |
| (63) Sysmex | | 44,6 | 1,2 | 2,8 | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| Ostatní | | 45,7 | 1,2 | 2,6 | 13 | 0 | | | | | | 13 | | |
| | | | | | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | 2x 88, 1x 157, 1x 177, 1x 190 | | | | | | | |
| Vzorok B | | 31,2 | 1,6 | 5,1 | 23 | CVP | 31,2 | 0,82 | 15% | 26,5 | 35,9 | 23 | 22 | 96% |
| (12) Beckman Coulter | | 30,5 | 0,44 | 1,5 | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| (63) Sysmex | | 31,9 | 1,2 | 3,7 | 13 | 0 | | | | | | 13 | | |
| Ostatní | | | | | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | 2x 88, 1x 157, 1x 177, 1x 190 | | | | | | | |
| (691) CD 34+ (relativní počet) | | | | | 23 | | | | | | | 23 | 23 | 100% |
| Vzorok A | [%] | | | | | | | | | | | | | |
| (12) Beckman Coulter | | 0,397 | 0,029 | 7,3 | 23 | CVP | 0,397 | 0,015 | 25% | 0,297 | 0,497 | 23 | 23 | 100% |
| (88) Becton Dickinson | | 0,406 | 0,038 | 9,3 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | |
| Ostatní | | 0,400 | 0,027 | 6,6 | 13 | 0 | | | | | | 13 | | |
| | | | | | 2 | 0 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | 1x 36, 1x 190 | | | | | | | |
| Vzorok B | | 0,500 | 0,033 | 6,5 | 23 | CVP | 0,5 | 0,017 | 25% | 0,375 | 0,625 | 23 | 23 | 100% |
| (12) Beckman Coulter | | 0,497 | 0,053 | 11 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 0,509 | 0,027 | 5,3 | 13 | 0 | | | | | | 13 | | |
| Ostatní | | | | | 2 | 0 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | 1x 36, 1x 190 | | | | | | | |
| (692) CD 34+ (absolutní počet) | | | | | 23 | | | | | | | 23 | 23 | 100% |
| Vzorok A | [počet/μL] | | | | | | | | | | | | | |
| (12) Beckman Coulter | | 179 | 15 | 8,4 | 23 | CVP | 179 | 7,7 | 25% | 134 | 224 | 23 | 23 | 100% |
| (88) Becton Dickinson | | 182 | 19 | 11 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | |
| Ostatní | | 179 | 6,3 | 3,5 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | |
| | | | | | 4 | 0 | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 0, 1x 36, 1x 190 | | | | | | | |
| Vzorok B | | 155 | 15 | 9,6 | 23 | CVP | 155 | 7,6 | 25% | 116 | 194 | 23 | 23 | 100% |
| (12) Beckman Coulter | | 154 | 23 | 15 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 155 | 14 | 8,9 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 0, 1x 36, 1x 190 | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 23.04.2021