

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1130) KRAS				
A	Všechny výsledky	>>> 46	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Mutace nebyla detekována	2,2 %
		> 4	Mutace v exonu 2 (nejsme schopni detailně specifikovat)	8,7 %
		>>> 41	c.34G>A,p.G12S	89 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 98 %		
C	Všechny výsledky	>>> 46	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
D	Všechny výsledky	>>> 46	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
E	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,2 %
		2	Mutace nebyla detekována	4,3 %
		> 12	Mutace v exonu 4 (nejsme schopni detailně specifikovat)	26 %
		>>> 31	c.436G>A,p.A146T	67 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 93 %		
	Celková úspěšnost: 91 %			

(1131) NRAS

A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,2 %
		>>> 44	Mutace nebyla detekována	98 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,2 %
		>>> 39	Mutace nebyla detekována	87 %
		> 5	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace	11 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 98 %		
C	Všechny výsledky	>>> 45	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 100 %		
D	Všechny výsledky	> 4	Mutace v exonu 2 (nejsme schopni detailně specifikovat)	8,9 %
		>>> 41	c.35G>A,p.G12D	91 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 100 %		
E	Všechny výsledky	2	Neuvedeno	4,4 %
		>>> 40	Mutace nebyla detekována	89 %
		> 3	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace	6,7 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 96 %		
	Celková úspěšnost: 93 %			

(1132) BRAF

A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,2 %
		> 11	Mutace v exonu 15 (nejsme schopni detailně specifikovat)	24 %
		1	c.1799_1800delinsAA,p.V600E	2,2 %
		>>> 33	c.1799T>A,p.V600E	72 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,2 %
		>>> 42	Mutace nebyla detekována	91 %
		> 3	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace	6,5 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 98 %		
C	Všechny výsledky	>>> 46	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
D	Všechny výsledky	>>> 46	Mutace nebyla detekována	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
E	Všechny výsledky	2	Neuvedeno	4,3 %
		>>> 41	Mutace nebyla detekována	89 %
		> 3	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace	6,5 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 96 %		
	Celková úspěšnost: 93 %			