

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/21 - Stanovení CRP

Stop termín: 03.12.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					171							171	169	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		59,2	4,5	7,5	171	CVP	59,2	0,84	24%	44,9	73,5	171	169	99%
(2) Imunoturbidimetrie		59,1	4,3	7,3	163	0						163		
(3) Imunonefelometrie		64,3	8,4	13	5	0						5		
Ostatní					3	0						3		
						3x 99								
Vzorek B		29,1	2,1	7,1	171	CVP	29,1	0,39	24%	22,1	36,1	171	170	99%
(2) Imunoturbidimetrie		29,1	2,1	7,2	163	0						163		
(3) Imunonefelometrie		28,5	1,5	5,2	5	0						5		
Ostatní					3	0						3		
						3x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 13.12.2021