

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/21 - Stanovení CRP

Stop termín: 03.12.2021

RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační koeficient N _{tot} = celkový počet účastníků N _{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem	AV = vztažná hodnota CRV = certifikovaná referenční hodnota RV = referenční hodnota CVE = konsenzus expertů CVP = konsenzus všech účastníků CVPG = konsenzus skupin účastníků U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	D _{max} = přijatelný rozdíl v procentech LL = dolní mez UL = horní mez N _{eva} = počet hodnocených účastníků N _{suc} = počet úspěšných účastníků S _{rel} = relativní úspěšnost
--	---	---

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					31							31	31	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		60,6	6,5	11	31	CVP	59,2	0,84	24%	44,9	73,5	31	31	100%
(2) Imunoturbidimetrie		60,3	6,4	11	29	0						29		
Ostatní					2	0						2		
						2x 3								
Vzorek B		28,2	1,6	5,5	31	CVP	29,1	0,39	24%	22,1	36,1	31	31	100%
(2) Imunoturbidimetrie		28,1	1,6	5,7	29	0						29		
Ostatní					2	0						2		
						2x 3								
st_kn_p														Konec sestavy
													Vytisknuto: 13.12.2021	