

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP6/21 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 10.12.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(104) C-reaktivní protein					107							107	95	89%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		61,0	5,1	8,4	107	CVP	61	1,2	24%	46,3	75,7	107	100	93%
(130) Aidian QuikRead 101		59,8	4,2	7,0	17	0						17		
(131) Axis-Shield NycoCard		59,5	5,2	8,7	5	0						5		
(133) BodiTech i-CHROMA		60,8	6,3	10	5	0						5		
(134) Aidian QuikRead go		61,6	5,1	8,2	74	0						74		
Ostatní					6	0						6		
							3x 135, 2x 136, 1x 999							
Vzorek B		29,7	3,2	11	107	CVP	29,7	0,77	24%	22,5	36,9	107	101	94%
(130) Aidian QuikRead 101		27,7	2,5	8,9	17	0						17		
(131) Axis-Shield NycoCard		30,4	6,8	22	5	0						5		
(133) BodiTech i-CHROMA		33,1	4,6	14	5	0						5		
(134) Aidian QuikRead go		30,0	3,0	9,9	74	0						74		
Ostatní					6	0						6		
							3x 135, 2x 136, 1x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 17.12.2021