

Cyklus EHK: GLC1/21 - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)

Stop termín: 23.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(140) Glukóza (laboratorní systémy)					12						12	10	83%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]													
Vzorek A		5,89	0,44	7,5	12	CVP	5,99	0,057	13%	5,21	6,77	12	11	92%
Všechny výsledky		5,89	0,44	7,5	12	0						12		
Vzorek B		12,8	0,71	5,6	12	CVP	13	0,11	13%	11,3	14,7	12	11	92%
Všechny výsledky		12,8	0,71	5,6	12	0						12		
(146) Glukóza (Roche POCT)					55						55	55	100%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]													
Vzorek A		6,47	0,23	3,6	55	CVP	6,38	0,025	15%	5,42	7,34	55	55	100%
Všechny výsledky		6,47	0,23	3,6	55	0						55		
Vzorek B		13,9	0,56	4,0	55	CVP	13,8	0,053	15%	11,7	15,9	55	55	100%
Všechny výsledky		13,9	0,56	4,0	55	0						55		
(147) Glukóza (Nova POCT)					15						15	15	100%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]													
Vzorek A		5,55	0,26	4,7	15	CVP	5,66	0,033	15%	4,81	6,51	15	15	100%
Všechny výsledky		5,55	0,26	4,7	15	0						15		
Vzorek B		11,7	0,64	5,5	15	CVP	11,6	0,073	15%	9,86	13,4	15	15	100%
Všechny výsledky		11,7	0,64	5,5	15	0						15		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.04.2021