

## Cyklus EHK: IDDM1/21 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 12.03.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(472) anti-GAD</b>				
A	(2) EIA metody	>>> 28	Pozitivní	85 %
	(3) RIA, IRMA	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,0 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 4	Pozitivní	12 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %		
B	(2) EIA metody	>>> 28	Pozitivní	85 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 1	Pozitivní	3,0 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 4	Pozitivní	12 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(474) anti-IA-2**

A	(2) EIA metody	2	Negativní	6,5 %
		>>> 24	Pozitivní	77 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 4	Pozitivní	13 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 94 %		
B	(2) EIA metody	>>> 24	Negativní	77 %
		2	Pozitivní	6,5 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 4	Negativní	13 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 18.03.2021