

Cyklus EHK: IDDM1/21 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 12.03.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(66) DRG	>>>	5 Pozitivní	15 %
	(87) Euroimmun	>>>	15 Pozitivní	45 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,0 %
		>>>	5 Pozitivní	15 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %		
B	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(66) DRG	>>>	5 Pozitivní	15 %
	(87) Euroimmun	>>>	15 Pozitivní	45 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Pozitivní	18 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(474) anti-IA-2

A	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	3,2 %
	(49) BioVendor		1 Negativní	3,2 %
		>>>	2 Pozitivní	6,5 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,2 %
	(66) DRG	>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(87) Euroimmun		1 Negativní	3,2 %
		>>>	12 Pozitivní	39 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	8 Pozitivní	26 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 94 %		
B	(36) Immunotech	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	6,5 %
			1 Pozitivní	3,2 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(66) DRG	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	12 Negativní	39 %
			1 Pozitivní	3,2 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Negativní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	8 Negativní	26 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				